

ENDOSKOPI SİSTEMİ GÖRÜNTÜ ÇEKİM / GÖRÜNTÜ YAKALAMA PEDALI KABLOSUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayak pedalı kablosuz özelliği olmalı ve en az 10 metre mesafeden çalışmalıdır
2. Ayak pedalının açma kapama düğmesi olmalıdır
3. Ayak pedalı çift butonlu olmalı ve resim, video çekebilmelidir
4. Ayak pedalı resim ve video çekme fonksiyonu yazılım üzerinde değişim yapılabilmelidir, kullanıcı kendi isteği doğrultusunda değişim yapabilmelidir
5. Pedal endocam programı ile uyumlu çalışmalıdır.
6. Üretici firmadan alınmış yetki belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır.
7. Ürün denenip onaylandıktan sonra alım tamamlanacaktır.
8. Ürünün UBB kodu teklifle birlikte sunulmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Esmâ ACAR
Hemşire
Sicil No: H117632

Neslihan YARAR
Akşehir Devlet Hastanesi
Hemşire

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Vahap ÖRAKCI
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 47764