

ARMAS NAM-07 ALKOLMETRE KALİBRASYON VE BAKIM ŞARTNAMESİ

1. Cihaz sorunsuz ve fonksiyonları tam çalışır şekilde teslim edilecektir.
2. Yüklenici tarafından onarım esnasında cihaza yapılan işlemler cihaz teslimatı sırasında teknik servis formu ile Hastanemize bildirilecektir.
3. Cihazın tamir ve bakımından sonraki bir yıl süre içerisinde aynı nedenden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü arıza firma tarafından ücretsiz giderilecektir.
4. Cihaz tamir süresi, cihaz firmaya ulaştığı tarihten sonra bir haftayı geçmeyecektir.
5. Cihazda değişmesi gereken parçalar 1(bir) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6. Cihaz Kalibrasyon ve bakım için kesilecek olan Fatura "ARMAS MARKA NAM-07 MODEL 1910119 SERİ NUMARALI ALKOLMETRE CİHAZI KALİBRASYON VE BAKIMI" şeklinde kesilecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Habibe TOŞUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Alihan ALTUNTAŞ
Biyomedikal Teknikeri