

T:C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TUZLUKÇU ŞEHİT HALİM ÜNAL İLÇE DEVLET HASTANESİ

BİLGİSAYAR LI RADYOLOJİ (CR)CİHAZINA AİT YILLIK BAKIM ANLAŞMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM: Bu teknik şartname TUZLUKÇU ŞEHİT HALİM ÜNAL İLÇE DEVLET HASTANESİ'nde Röntgen bölümünde kullanılmakta olan AGFA CR SİSTEMİ için bakım-onarım kalibrasyonuna ait, parça hariç teknik özellikleri denetim ve muayene metotları ile diğer hususları konu alır.

Cihaz: AGFA marka CR- 85X cihazı ve bağlantıları

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER:

- Sistemin var olan işlemlerinden birinin veya birkaçının sürekli olarak veya aralıklı olarak yerine getirememesi, verilen komutların yerine getirememesi, hiç çalışmaması gibi hasta alımını aksatıcı veya önleyici sistem modülüne has sorunlar ve durumların ortadan kaldırılması,
- Bakım, onarım, test, kontrol, ayar ve kalibrasyonlar cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş teknik dokümanlarına ve servis manuellere uygun olarak yapılacaktır.
- Bakım-onarım esnasında ortaya çıkabilecek arızalar firma tarafından giderilecektir.
- Bakım-onarım ve kalibrasyonlar sırasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasından firma sorumludur.
- Bakım veya arıza sırasında değişmesi gereken yedek parçalar için SATIN ALMA'dan onay alınacak ve değiştirme nedenleri firma tarafından yazılı olarak (ayrıntılı) açıklanacaktır.
- Cihazların randımanlı ve istenen karakteristik özelliklerde çalışması ve en yüksek çalışırılık oranının sağlanması amacıyla Firma,"alınan cihazlar için üreticisi tarafından Servis vermeye yetkili kılındığını "belgelemelidir.
- Değişecek yedek parçalar, cihazla fiziksel ve işlevsel olarak uyumlu olacak, cihazın orijinal şeklini ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir.
- Yedek parçaya ait teknik dokümanlar parçayla uyumlu ve parçaya ait olacaktır.
- Firma tarafından takılacak yedek parçalar kullanılmamış veya cihazın üreticisi tarafından test ve kontrolleri yapılmış yenilenmiş parçalar olması gerekmektedir.
- İstenildiği takdirde kurum yedek parçaların bu özelliklere haiz olduğu ispatlanmasını talep edecektir.
- Cihazda değişmesi gereken parçaların orijinal olması gerekmektedir.
- Cihaz her bakım- onarım ve yedek parça değişim sonucu cihazın genel kalibrasyonu, yapılacak kalibrasyon sonucu SERVİS RAPORU'nda yazılı bildirilecektir.
- Arızalı, çıkma, hasarlı veya kullanılmış yedek parçalar sistemde denenmeyecektir.
- Firma hasta, cihaz, kullanıcı ve çevre ile ilgili alarm ya da emniyet unsurları iptal edilmeyecek veya devre dışı bırakılmayacaktır. Herhangi bir sorunda firma tek sorumludur.
- Sisteme bakım sağlayacak firma ve kişi üretici firma tarafından sistemlerle ilgili eğitim almış olması gerekmektedir.
- Sistemde meydana gelebilecek herhangi bir arızada arıza bildiriminden en geç 48 saat içerisinde sistem üzerinde eğitim almış teknik eleman tarafından müdahale edilip var olan sorun yedek parça kullanmadan en geç 72 saat içinde çözümlenmelidir. Yurt içinden yedek parça kullanılması durumunda bu süre parça temini yapıldıktan sonra başlar. Yurt dışından parça gereksinimi olduğu takdirde bu süre yedek parçanın tedarik edilmesinden sonra başlar. Arızaya müdahaleler mesai günlerinde saat:09.00 ile 18.00 arasında yapılacaktır.
- Firma her bakımdan sonra bakım-onarım ve yedek parça değişimi yaptığına dair tutanağı bölümüne teslim edilecektir.
- Bakım yapan firma servis raporu dolduracaktır.
- Herhangi bir sebeple bakımı yapılmayan cihaz veya cihazların o ayki bakım bedelleri ödenmeyecektir.
- Cihazlara her 6 ayda (OCAK, TEMMUZ) bir bakım yapılacaktır.
- Hastane altyapısı izin vermesi durumunda uzaktan bağlantı ile teknik destek verecektir.
- Cihaz bakım anlaşması süresince %95 uptime (aktif çalışma) sağlamalıdır. Aksi takdirde arızada geçen sürenin iki katı süre bakım anlaşmasının sonuna eklenir.
- Hastaneye yeni cihaz alınması veya mevcut cihazın devri durumunda sözleşme sona erer.

BAKIMDA GENEL OLARAK YAPILACAKLAR:

- Anormal seslerin takibi
- Emniyet ve cihazla ilgili alarmların kontrolü
- Çıktı kalitesinin kontrolü
- Toz ve partikül temizliği
- Kablo bağlantılarının kontrolü, yazılım kontrolü
- Açık kapakların kontrolü ve kapatılması
- Lamba kontrolü


GİZLİLİK

1. Yüklenici; teknik şartname ve sözleşme kapsamındaki hükümleri yerine getirirken Sağlık Bakanlığının, Konya İl Sağlık Müdürlüğünün ve Tuzlukçu Şehit Halim Ünal İlçe Devlet Hastanesinin Bilgi Güvenliği politikasına uygun olarak gizlilik ve güvenlik ilkelerine riayet edecektir. Aksi bir durum tespit edilmesi durumunda doğacak maddi ve manevi zarardan yüklenici sorumlu olacaktır.
2. Tuzlukçu Şehit Halim Ünal İlçe Devlet Hastanesi ile Yüklenici arasında gizlilik ve bütünlük kurallarının sağlanması amacıyla **Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi** imzalanacaktır.
3. İşin yürütülmesi haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak Kurumumuzun belirleyeceği birim haricinde 2. ve 3. Şahıslara bilgi ve belge verilmeyecektir. Aksi bir durum tespit edilmesi durumunda doğacak maddi ve manevi zarardan yüklenici sorumlu olacaktır.
4. Kurumun menfaatleri ön planda tutulacak. Basına ve kamuoyuna yansıyacak durumlarda Yüklenici sorumlu tutulacaktır.

Adem GÖKMEN
Röntgen Teknikeri



Fatma Arife UĞURELLİ
Röntgen Teknikeri



Mahmut BAYSAL
İdari ve Mali İşler Müdürü

