

DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZLARI YILLIK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.T.C. Sağlık Bakanlığı Konya İli Akşehir İlçe Devlet Hastanesinde Radyoloji Biriminde kullanılmakta olan, Siemens Marka Mobilett Mira Max Mobil X Model 1015544557 Künye Numaralı Röntgen Cihazının; Yedek Parça/ Mal Alımım Hariç 1 (BİR) yıllık Periyodik bakım - onarım işidir.
- 2.Firma, ihale konusu Cihazın periyodik bakım ve onarımlarını imalatçı Firma tarafından belirlenen bakım onarım talimatına uygun olarak, yapacak ve cihaz emniyet içinde çalışır durumda bulundurulacaktır.
- 3.Firma, her bakım onarım sonrası bakım-onarım servis formu düzenleyecek; düzenlenen formlar belirlenen dönemler sonunda, yüklenici firma tarafından fatura ile beraber Hastanemizin ilgili birimine teslim edecektir.
- 4.Firma, cihazın arızalanması durumunda parça gerektirmeyen arızalar için kendilerine teslim edildiğinden itibaren 2 (İKİ) iş günü içerisinde onarımı yaparak teslim edecektir.
- 5.Cihazın periyodik bakım işlerini hafta içi mesai saatleri (08:00-12.00/ 13.00-16:00) içerisinde yapılacaktır.
- 6.Yüklenici firma, Periyodik bakım onarım programını aylık (Ay- gün) olarak Radyoloji Kliniği ile görüşerek şablon oluşturacaktır.
- 7.Firma, cihazların bakım onarımı esnasında değişmesi gereken arızalı parçaların öncelikle tamiri cihetine gidecek, tamiri mümkün olmaması durumunda değişecek parçaların isimlerinin bulunduğu bir rapor düzenleyerek, biyomedikal birimine teslim edecektir. Hastane mühendisliği söz konusu parçaları piyasadan temin ederek, bakımçı firma tarafından ücretsiz montajının yapılmasını sağlayacaktır. İdare tarafından temin edilecek yedek parça cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde orijinal, cihazın üreticisi tarafından üretilerek kalite kontrolü yapılmış, onaylanmış ve yasal yollardan ithalatı yapılmış olmalıdır.
- 8.Firma, mahallinde mümkün olmayan onarımlar için, cihazı teslim alırken ilgili servisle (Radyoloji Kliniği - Teknik Servis) teslim tutanağı düzenlenecek. (Nakliye firmaya aittir.)
- 9.Önleyici bakım kapsamında; imalatçı firmanın belirlediği esaslara göre, her türlü kontrol, ayar, cihaz temizliği, mekanik kısımların yağlanması, normal çalışma şartları altında her türlü testler öngörülen programa göre yapılacaktır. Bakım onarım işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan her türlü yağ ve temizlik malzemesi ve bunun gibi malzemeler firma tarafından temin edilecektir.
- 10.Bakım ve Onarım işleri esnasında Firma elemanlarının ihmali sonucu oluşan veya firma elemanları tarafından verilecek her türlü zarar Firma tarafından karşılanacaktır.

HATİCE HUCUPTAN
Radyoloji Servisi Teknikeri

Murat Sarı

11.Cihazların arızalanması durumunda Hastanemiz yetkilileri tarafından Firmaya bildirildiği gün ve saatten itibaren (arıza ihbarı telefon - fax vb. ile yapılacaktır) arızaya 24 saat içerisinde müdahale edecektir. (Hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)

12. Firma sözleşme kapsamındaki Cihazların, Hastanemiz Teknisyenleri nezaretinde Genel bakım yapacaktır, Bakım ve onarım sonrası bakım ve onarım arıza formu doldurulacak, bu form Radyoloji kliniği, teknik servis ve firma tarafından imzalanacak.

13. Üretici firmanın gönderdiği tüm yazılım update'leri (güncelleme) ve modifikasyonlar, yüklenici firma tarafından hastane yönetimine bildirilecek ve ücretsiz olarak sisteme uygulanacaktır. Herhangi bir eğitim verilmesi gerekirse hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

14. Bakımcı firma her bakımda cihazlar için çeklist düzenleyerek biyomedikal birimine teslim edecektir.

15. Bakım onarım esnasında cihazda fonksiyon kaybı olmayacak, bakım onarım öncesi var olan işlevler iptal edilmemiş olacak. Mevcut sistemde bakım hizmeti sistem çalışma ömrünün uzatılmasını sağlayacaktır.

16.Arıza durumunda uzak ağ bağlantısı verilmeyecektir.

17. Cihaz bakımı 6 (altı) ay arayla senede 2 (iki) kez olacaktır.

HATİCE HUCUPTAN
Radyoloji Sorumlu Teknikeri

Murat Zengin