

ANESTEZİ CİHAZI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAC YETİŞKİN

1. SPO2 probu **MİNDRAY** marka anestezi cihazına ait hasta başı monitör ile birebir uyumlu ürün olmalıdır. Cihazda herhangi bir fonksiyon kaybına neden olmamalıdır.
2. Problar Nellcor teknoloji olmalıdır.
3. Boyu en az 1m olmalıdır.
4. Parmak probunun konnektör kısmı renk kodlu olmalıdır. Konnektöründe mutlaka kablo koruyucu olmalıdır.
5. Parmak probunun giriş kısmı plastik enjeksiyon olmalıdır. Kesinlikle vidalı olmamalıdır.
6. SPO2 probu teknolojisi hareket artifaktlarından etkilenmeyen ölçüm esnasında donup kalmayan teknolojiye sahip olmalıdır.
7. Parmak probu yetişkin hasta için olmalıdır.
8. Yetişkin hastada kullanılacak prob reusable - çok kullanımlık olmalıdır.
9. Satıcı firmanın veya temsilci firmanın ISO 9001:2000. ve ISO 13485:2003 belgesi olmalıdır.
10. Teklif veren firmanın, teklif etmiş olduğu ürün orijinal olmalı ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde, teklif edilen ürüne ait marka için hizmet verdiği görülmeli veya yetki belgesi ile beyan edilmelidir
11. Teklif edilen malzeme, teslim alındığı tarihten itibaren 6 (altı) aylık garantili olmalıdır.
12. Teklif veren firmanın ürün ile ilgili ÜTS ürün kaydı veya bayiliği olmalıdır.
13. Üretici veya temsilci veya satıcı firmanın ISO 9001:2000. ve ISO 13485:2003 belgesi olmalı ve bunu belgelemelidir.
14. Ürün kullanıcı tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilmelidir.
15. Malzeme ambalajında ürünün kodu, barkod numarası, üretici ve / veya satıcı firma bilgileri bulunmalıdır.

İstanbul Devlet Hastanesi
Enrah KORKMAZ
Sorumlu
Anestezi Teknikeri

İstanbul Devlet Hastanesi
Dr. D. N. ADIGÜZEL
Anestezi Uzmanı
Dip.Tes.No: 151405