

DRAGER MARKA EVİTA MODEL VENTİLATÖRE UYUMLU FLOW SENSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flow sensör Drager Evita V300 model ventilatör cihazında kullanılmalıdır.
2. Malzeme çok kullanımlık olup dezenfekte edilebilmelidir.
3. Flow sensörler orijinal olmalıdır. Teklifte birlikte orijinal olduğuna dair belge sunulmalıdır.
4. Malzemeler hastadan dönen solunum bilgilerini değerlendirip cihaz monitöründe görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
5. Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir.
6. Teklif verecek firmaların üreticiden alınmış yetki belgesi olmalıdır. Teklifte beraber yetki belgesi sunulmalıdır.
7. UBB kaydı bulunmalıdır.
8. Numune denenerek alım yapılacaktır.
9. Sensörlerin en az altı ay garantisi bulunmalıdır.

Özlem GÖK
Hemşire