

HASTA MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamba, genel cerrahi, doğumhane, KBB, dermatoloji ve küçük cerrahi operasyonlarda kullanılabilecek türde tasarlanmış bir muayene lambası olmalıdır.
2. Muayene aydınlatması led lambalı olmalıdır.
3. Muayene aydınlatması led lambaları toplam 12 Watt güce sahip olmalıdır.(+/-2)
4. Muayene lambasının ışık şiddeti en az 30000 lüks olmalıdır.
5. Muayene aydınlatması tekerlekli sehpalı aksam üzerine montajlı olmalıdır.
6. Mobil standı en az 3'ü kilitli, 5 tekerlekli olmalıdır.
7. Lambanın LED ömrü ortalama en az 50,000 saat olmalıdır.
8. Muayene aydınlatması gövdesi teleskopik olmalı ve uzunluğu 100 ile 160 cm aşağı yukarı hareket ettirilebilmeli ve istenilen yükseklikte sabitlenebilmelidir.(+/-10 cm)
9. Muayene aydınlatması her yöne hareket edebilen spiral kola sahip olmalıdır.
10. Muayene lambası başlık aksamı sağa ve sola hareket edebilmelidir.
11. Muayene aydınlatması spiral kolu istenilen pozisyona ayarlanabilmelidir.
12. Muayene aydınlatması spiral uzunluğu en az 70 cm olmalıdır.
13. Muayene aydınlatması lamba aksamı düşük ısıda çalışmalıdır.
14. Muayene aydınlatması 220 volt/50 Hz ile çalışmalıdır.
15. Muayene aydınlatması fabrikasyon hatalara karşı iki (2) yıl garantili olmalıdır. 5 yıl parça garantisi olmalıdır.
16. Kablo uzunluğunun en az 3 metre olması gereklidir.
17. Demo ürünler denenecek ve kullanıcı onayı alındıktan sonra alım gerçekleşecektir.
18. Ürüne ait UBB kodu bulunmalıdır.
19. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve teklif ettiği ürünün adı ve markası yazılı olmalıdır.
20. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Fatma KARAKUŞ
EEB / Doğumhane sorumlusu
Sicil No: 56528

Kübra AKKOYUN
Sorumlu Hemşire