

500 ML STERİL DİSTİLE SU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polipropilen şişelerde çevir-aç kapaklı, kolay açılıp kapak kapatılmak istendiğinde tam kapanabilen (enfeksiyon riski açısından ağzı açık kalmamalı tam kapanmalı) geniş ağızlı ve 500 ml ambalajlarda olmalıdır.
2. Şişeler taşıma esnasında kolay zarar görmeyecek maddeden yeterli kalınlık ve sağlamlıkta üretilmiş olmalı, taban deformasyona bağlı hasarlı olmamalıdır. (yerle teması sıkıntı olan)
3. Şişelerin üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde ve üzerinde çözelti içeriği, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihi, intravenöz-parantral enjeksiyon şeklinde kullanılmamalıdır ibaresi bulunmalı,
4. Şişe içeriği steril ve apirojen olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde ml'sini gösteren ölçü çizgileri bulunmalıdır.
6. Teslim edilen ürünler karışık milatlı olmamalıdır.
7. Teklif ile birlikte numune istenecektir. Numune değerlendirildikten sonra uygun olmaması durumunda kabul edilemeyecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Şule Betül ATLI
Genel Yoğunbakım Sorumlusu
Sicil No: 1130209

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Uz.Dr. Mehmet Ali KAÇAR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip.Tes.No: 159871