

ATROSKOPİK BURR SHAVER UCU TEKNİK ÖZELLİĞİ

1. Artroskopik burr shaver uçları cerrahlar tarafından diz, omuz ayak bileği, dirsek, el bileği, kalça dahil olmak üzere ortopedik eklemlerde ve temporomandibular eklemlerde dokuyu rezekte etmek ve kemiği oymak için kullanılabilir.
2. Burr Shaver uçları renk koduna sahiptir.
3. Artroskopik burr shaver uçları set halinde paketlenmiş ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmamıştır. Bununla birlikte tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilir olmalıdır.
4. Burr Shaver uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Burr Shaver uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilmelidir.
6. Burr Shaver uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülmesine olanak sağlayacak şekilde olmalıdır.
7. Burr Shaver uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmaktadır.
8. Burr Shaver uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
9. Formula Burr Shaver'ları sadece doğru operasyonel parametreler içindeki operasyonlara izin veren bir RFID iipi içermelidir. Hız, kullanıcı tarafından istenen rezeksiyon oranını elde etmek için ayarlanabilmelidir.
10. Tek kullanımlık burr shaver uçları ambalaj etiketinde belirtildiği gibi Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerinden biri ile sterilize edilebilmelidir.
11. 1 adet burr shaver çalışmasına olanak sağlayacak hastanemizde bulunan stryker marka ortopedi KBB uyumlu ayrı elcek girişli çalışma konsolu, 1 adet ortopedi artroskopi uyumlu elcek ve 1 adet KBB uyumlu elcek bedelsiz verilecektir.
12. Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali AKCEYLAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 141411

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Selim UZUN
Dip. Tes. No: 124369
Ortopedi ve Trav. Uzmanı

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali DUMAN
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No: 108788