

## PHILIPS MARKA HASTA MONİTÖR SPO2 PROP

1. Prop yeniden kullanılabilir olması gerekir.
2. İletim tipi sensör olmalıdır. Ölçüm aralığı %0-100, nabız: 30-250 bpm olmalıdır.
3. Doğrudan monitör bağlanabilir ya da ara kablo ile kullanılabilir.
4. Kablo yapısı yıpranmaya, bükülmeye ve sıvı temasına karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Elektriksel izolasyon ve hasta güvenliği normlarına uygun olmalıdır.
6. Ürün en az 1 yıl garantili olmalı arıza durumunda değişim süreci 5 iş günü olmalıdır.
7. Proplar Philips marka Efficia CM120 modeli ile uyumlu olmalıdır.

8. Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

9. Ürün masma tetrodyne sahip olmalıdır.

10. Ürün denedikten sonra fatura kesilecektir.

Ümit KOKSAL  
Hemşire

Elif Savaşkan  
Akşehir Devlet Hastanesi  
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi