

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TUZLUKÇU ŞEHİT HALİM ÜNAL İLÇE DEVLET HASTANESİ

DEFİBRİLATÖR CİHAZI KAĞIDI RULO 49 MM X 20 M TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TEKLİF EDİLEN KAĞIT RULO ŞEKLİNDE VE KOLAY KOPARILABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
2. DEFİBRİLATÖR CİHAZI KAĞIDI 49 MM x 20 METRE OLMALIDIR.
3. YATAY VE DİKEY HAT ÇİZGİLERİ OLMALI, KAĞIT ÇİZGİLİ OLMALIDIR.
4. KAĞIT MİNDRAV BENEHEART MARKA D2 MODEL DEFİBRİLATÖR CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR.
5. KAĞITLAR TERMAL OLMALI VE ÜZERİNDE GRAFİKLER NET VE BELİRGİN BİR ŞEKİLDE ÇIKMALIDIR.
6. KAĞIT ÜZERİNDE BULUNAN MİLİMETRİK GRİDLER ÇOK BELİRGİN VEYA SİLİK OLMAMALI; DEFİBRİLATÖR CİHAZI GÖRÜNTÜSÜNÜ BOZMAMALIDIR.
7. TEKLİF EDİLEN ÜRÜN DEFİBRİLATÖR CİHAZINA KOLAYCA TAKILABİLMELİDİR.
8. KAĞITLARIN NUMUNESİ CİHAZ ÜZERİNDE DENENDİKTEN SONRA UYGUNLUK VERİLECEKTİR.
9. TİTUB (UBB) KAYDI OLMALIDIR.

Özlem SOLAK

Ebe



Mahmut BAYSAL
İdari ve Mali İşler Müdürü

EKG KAĞIDI RULO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak EKG kağıdı, BİOCARE marka ECG-6010 model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. EKG kağıdı rulo şeklinde olmalıdır.
3. Kağıt üzerinde milimetrik kareler olmalıdır.
4. EKG kağıdı 110 mm eninde ve 30 metre uzunluğunda olmalıdır.
5. Kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
6. Kağıtlar termal olmalı ve üzerine grafikler net belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
7. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
8. Yüklenici firma; kullanıma uygun olmayan, hatalı ve bozuk olduğu tespit edilen EKG kağıtlarını ücretsiz olarak 15 (onbeş) iş günü içerisinde yenileri ile değiştirilecektir.
9. EKG kağıdı UBB\ÜTS koduna sahip olmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
HABİBİ TOSUN
Tıbbi Mühendis

AKŞEHİR İLÇE DEVLET HASTANESİ
KARDİYOLOJİ UZMANI
Uzm. Dr. Hasan Alper KARAKOÇ
Başhekim