

TEK KULLANIMLIK ÇİFT HAT ISITMALI HASTA DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi mevcutta kullanılan yenidoğan-pediyatrik tip ventilatör cihazı ve nemlendirici sistemine uyumlu, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Hasta devresi; y parça, sıcaklık probu portu, 0.6m kol, su tutucu, basınç hattı ve konnektör kit ve otomatik beslemeli su haznesinden oluşmalıdır. Tüm malzemeler aynı üreticiye ait olmalıdır.
3. Devre en az 1.6 m uzunluğunda, flexible yapıda olup, devre üzerinde su tutucu bulunmamalı devre çift hatlı ısıtmaya sahip olmalıdır.
4. Hasta devresi serviste kullanılan farklı marka akış ve basınç limitleme gerektiren ventilatör cihazlarında kullanılabilmek için, orijinal paketinde gerekli aparatları ile birlikte teslim edilmelidir.
5. Solunum tüpünde kıvrılma vb. durumların oluşması esnasında, basıncıdaki artış 0.2 kPa'yı geçmemelidir. Tüpler polipropilen materyalden üretilmiş olmalıdır. Latex içermemelidir.
6. Devrenin hasta bağlantı ucunda bir Y konnektörü bulunmalıdır.
7. Ekspirasyon hattında cihaza su gitmesini önleyen su tutma sistemi bulunmalıdır.
8. Hasta devresi güçlendirilmiş sipiral yapısı sayesinde bükülme vb. durumlarda kink oluşumunu önlemelidir.
9. Paketlerin üzerinde Lot numarası, üretim tarihi ve son kullanım tarihi yer almalıdır.
10. Her devre ile birlikte 1 (bir) adet chamber verilmelidir.
11. Toplam devre adeti ile beraber ; 3 (üç) adet burunda oluşan basınç kaçaklarını ve deformasyonu engellemek üzere tasarlanmış, hydocolloid malzemeden yapılmış 5 farklı boya sahip tek kullanımlık nCPAP uygulama bandı verilmelidir. Ncpap uygulama bandı toplam 3 (üç) adet istenilen boyda verilmelidir. Ncpap uygulama bandına ait orijinal ürün broşürü ve UBB kodu da teklifle beraber sunulmalıdır.
12. Firmalar teklif edecekleri hasta devresi için bir numuneyi cihazla birlikte denemek üzere ilgili bölüme bırakacaklardır.
13. Teklif ile beraber üretici firma yetki belgesi sunulmalıdır.

AKŞEHİR İLÇE DEVLET HASTANESİ
UZ. Dr. Saim AK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 104614

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
UZ. Dr. Saim AK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.
Dip. Tes. No: 104614

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
UZ. Dr. Saim AK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 104614

RAM Kanül Teknikşartnamesi

- 1-Ürün 15mm'lik tüm standart Ventilasyon devrelerine uyumlu adaptöre sahip olmalıdır.
- 2-Kırılmalara karşı Kink rezistanslı,enfazla 27 cm uzunluğunda çift hortuma sahip olmalıdır.
- 3-Hava akışını ve basıncını en iyi şekilde verebilmesi için kanülün iç yapısı üç köşeden merkeze doğru kanül içinde kanal oluşturacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 4-Ölçüleri septal space 4.25 mm, Prongs O.D.:3mm olmalıdır.
- 5-Nazal Pronlar silikondan imal ve burnun anatomik yapısına uygun kanca şeklinde kavisli olmalıdır.
- 6-Annenin Kanguru bakım tarzı tutuşunda dahi kanül bebeğin Ventilasyon almasına olanak sağlamalıdır.
- 7-NCPAP veya NIPPV Uygulamaları esnasında kanülü değiştirmeden isteğe bağlı bir adaptör vasıtası ile düşük akışlı oksijen geçişine imkan tanınmalıdır.
- 8- O-Ringleri olmalıdır.Bu ringler yukarı aşağı hareketli olmalı ve bu sayede bebeğin başının arkasından kanülü sıkıştırabilmelidir.
- 9-Ürün kesinlikle Latex,Phthalate/DEHP,BPA içermemelidir.
- 10-Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

AKSEHİR BEVEY HASTANESİ
Uz. Dr. İsmail ÇELİK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tesis No: 198584

AKSEHİR BEVEY HASTANESİ
Uz. Dr. İsmail ÇELİK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tesis No: 198584

AKSEHİR BEVEY HASTANESİ
Uz. Dr. İsmail ÇELİK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tesis No: 198584

YENİDOĞAN NASAL CPAP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ncpap seti, ekspirasyon ve inspirasyon hattı tüpleri(decoupling tube sets), bunların uygun 10mm lik konnektörleri, mıknatıslı aplikatörü, nasal prong ve 1 adet istenilen boyda boneden oluşmalıdır.
2. Tüplerin, prongların, maskelerin ve aplikatörün her biri ayrı ayrı steril paketlerde teslim edilmelidir. Teslim edilen ürünlerin steril edildiği bilgisi poşetlerin üzerinde belirtilmelidir.
3. Her bir cpap setinde decoupling tüpler, uygun ölçüde bone, nasal prong ve bunların sabitlenenceği aplikatör yer almalıdır.
4. Aplikatörün üzerinde gerektiğinde kullanım için basınç konnektörü yer almalıdır.
5. Sistemde kullanılacak prongların bebeğin buruna giren kısmı kanca şeklinde olmalı ve gelen akışla uç silikon kısımlar şişkinleşerek buruna kolay oturması sağlanmalı ve basınç kaçaqları engellenmelidir.
6. Setler kaçaqları minimuma indirmek için tasarlanmış olmalı, mıknatıslı aplikatör ile tüplere farklı pozisyonlar verilebilmelidir.
7. İstenildiğinde kullanmak için tasarlanmış en az üç farklı boyda, setlerle uyumlu nasal maskeler temin edilebilmelidir.
8. Teklif ile birlikte üretici ve temsilci firmanın ayrı ayrı yetki belgesi verilmelidir.
10. Setlerin tamamı tek kullanımlık olmalıdır. İstenildiğinde temin edilmek üzere en az dokuz farklı boy bone ile altı farklı boy prong seçilebilmelidir.
11. Setlerin tamamı tek kullanımlık olmalıdır.
12. Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
13. Kullanıcının talebine göre her bir sette istenilen boyda bir adet bone, bir adet prong, bir adet maske ve bağlantı aparatları ile teslim edilmelidir.
14. Ürünlerin son kullanma tarihine 3 ay kala yen ürünler ile değiştirilmelidir.

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa YILMAZ
Dip. Tes. No: 196584

AKŞEHİR İZMİR DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa YILMAZ
Dip. Tes. No: 196584

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa YILMAZ
Dip. Tes. No: 196584