

### **3 SATIRLI BUHAR İÇİN DÖKÜMANTASYON ETİKETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-Buhar sterilizasyonu için kullanılabilmelidir.
- 2-Etiketler 3 satırlı olmalı. Harf,sayı ve tarih basılabilmelidir.
- 3-Sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon no, yük no, batch no ve operator kodu yazılabilmelidir.
- 4-Etiket Sterilizasyona girecek poşet, paketleme kağıdı bohça vb. Gibi paketleme malzemelerinin üzerine kolayca yapışabilmeli, steril olmadan ve olduktan sonra yapışkan özelliğini kaybetmemelidir.
- 5-Etiketler çıkarıldığında paketler üzerinde iz bırakmamalıdır.
- 6-Etiketler kendinden çift yapışkanlı olmalı, paket üzerinden kolayca hasta kartına ve dökümantasyon dosyasına aktarılabilmelidir.
- 7-Etiketler sterilizasyon sonrası deformasyona uğramamalı, leke ve atık bırakmamalıdır.
- 8-Etiketler buhar sterilizatöründe kullanılmaya uygun kimyasal indikatörlü olmalı ve işleme girdiğinde renk değişikliği etikette belirtilmeli, renk değişikliği bariz ve kolay anlaşılır olmalı.
- 9-Etiketler üzerindeki kimyasal indikatör ISO 11140-1:2005-KLAS 1 olmalı ve sertifikası satınalma teklif dosyasında sunulmalıdır.
- 10-Etiket üzerinde lot nosu olmalıdır.
- 11-Etiketlerin kutusu üzerinde lot nosu, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 12-Raf ömrü teslim tarihinden itibaren (iki) yıl olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yeni ürün ile değiştirilmelidir.
- 13-Kullanımla ilgili olarak, satıcı firmabunu kullanacak personele eğitim vermelidir.
- 14- Etiketlerle kullanılmak üzere etiketlerle uyumlu **3 adet etiketleme tabancası** verilmelidir.
- 15-Bir ruloda en az 750 adet çift yapışkanlı etiket bulunmalıdır.
- 16-Paketler üzerinde her ruloda bulunan etiket sayısı yazılmış olmalıdır.
- 17-En az bir ruloluk orjinal pakette numune değerlendirilmesi sonrasında alımına karar verilecektir.
- 18-Ürün üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 1 yıl firma garantisindeolmalı, bu süre içerisinde teknik özellikleri uygun olmayan malzeme firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmeli veya geri alınmalıdır.

Mesut AKEL  
Hemşire



Murat Yanık  
Sterilizasyon Sor.

