

## 1. SÜT SAĞMA SETİ REUSABLE - ÇOK KULLANIMLIK

- a) Teklif edilecek ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal bilgi bankası (titubb) **kayıtlı olmalıdır**. Titubb çıktısı teklif dosyasında sunulacaktır.
- b) Ubb kapsam dışı ürün teklif edilecekse 2015/9 sayılı “tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemleri” konulu genelgenin 2.4 maddesi gereğince satın alma süreci tamamlanmadan önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumundan görüş alınarak Türkiye kamu hastaneleri kurumuna bilgi verilecektir.
- c) İstekliler teklif edecekleri ürünlerle ilgili **satış merkezi yetki belgesi** almış ve ruhsatlı olmalıdır. Ayrıca satış merkezi yetki belgesi aslı yada onaylı sureti teklif dosyasında sunulacaktır.
- d) Teklif edilen setler hastanede kullanılan süt pompaları ile aynı markaya sahip orijinal ürün olmalıdır.
- e) Süt sağım setini oluşturan tüm parçalar polypropilen ve silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- f) Setler minimum 150 ml’lik biberon, göğüs hunisi, silikon membranlı valf, emzik takılabilme özellikli biberon kapağı süt pompası ve set arasındaki bağlantıyı sağlayacak silikon hortumdan oluşmalıdır.
- g) Süt sağma seti istenildiğinde sonradan kolayca temin edilebilecek parçalarla vakum gücü ayarlanabilen manuel pompa olarak kullanılabilir.
- h) Setler hastanede bulunan otoklav cihazlarında 125 C ve 134 C kolayca steril edilebilmelidir.
- i) Teklif edilen ürün CE işaretine sahip olmalı ve ürün üzerinde soğuk CE işareti bulunmalıdır.
- j) Setler UBB’ ye kayıtlı olmalıdır.
- k) Setler babyvacc marka cihazına uyumlu olmalıdır.
- l) Malzeme numuneleri incelenerek alınacaktır.
- m) Ürün teslim alındıktan sonra dahi üretim hatalarından dolayı kullanılamaz olan ürünler birebir değiştirilecektir.

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Tugay GURBAN AMUKÇU  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.  
Dip. Tes. No: 164534

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Saliha AY  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.  
Dip. Tes. No: 164534

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi  
Uz. Dr. Fatma Betül SEYMEN  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 188106