

300 KHU HAUBELİ İYONİZE RADYASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Haubeli röntgen tüpü SEDECAL (US X-RAY) MARKA X PLUS MODEL röntgen cihazına uyumlu olmalıdır.
- 1-Haubeli röntgen tüpü en az 150 KV olmalıdır.
- 2-Röntgen tüpü küçük fokus en fazla 0.6 mm, büyük fokus en fazla 1.2 mm olmalıdır.
- 3-Röntgen tüpü küçük fokus en az 27 KW, büyük fokus en az 75 KW olmalıdır.
- 4-Röntgen tüpü ısı kapasitesi en az 300 KHU olmalıdır.
- 5-Röntgen tüpü anod disk çapı en az 74 mm olmalıdır.
- 6- Röntgen tüpü anod açısı en fazla 12 derece olmalıdır.
- 7-Haubeli röntgen tüpü XS-AL tipi statora sahip olmalıdır. Jenaratörün rotor kontrol kartında ve jeneratörü oluşturan ünitelerde hiçbir değişiklik yapılmadan cihaza takılmalıdır.
- 8-Röntgen tüpünün haube ısı atım kapasitesi en az 1250 KHU olmalıdır.
- 9- Röntgen tüpü 1 yıl garantili olmalıdır. Garanti kapsamı içerisinde anod diski kilitlenirse veya tüpün flamanı koparsa bu durumlar garanti dışı bırakılmaz , garanti taahhütnamesi içerisinde bunlar ayrıntılı belirtilecektir.
- 10-Haubeli röntgen tüpü cihaz üzerinde hiçbir şekilde tadilat, kesme, taşlama, delme v.s. işlem yapılmadan yerine takılabilmelidir. Montaj ve kalibrasyon dahil fiyat verilecektir.
- 11- Röntgen tüpünün gümrük giriş faturası ve gümrük evrakları, röntgen tüpünün montajında teslim edilecektir. Röntgen tüpünün imalat yılı 2025 veya 2026 olmalıdır.
- 12-Çin menşeli tüpler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 13- Teklif veren firmanın ve teklif etmiş olduğu ürünün ÜTS (eski adıyla UBB) kaydı bulunmalıdır. İthalatçı veya bayii kaydı olmayan firmalar teklif veremez.
- 14-Teklif veren firma 29.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre TSE 12426 standartlarında A Gurubu Radyolojik görüntüleme cihazları için almış olduğu TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif mektubu ile birlikte gönderecektir.
- 15- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler, yedek parçalar veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi " ni sunacaklardır.


AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Kaan ARSLAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 15322


AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Ömer ÖZMAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 15707