


## ARMAS MARKA NAM-07 ALKOLMETRE KALİBRASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kalibrasyon hizmeti Armas marka NAM-07 model alkolmetre için olmalıdır.
- 2- Cihazın yazıcısında arıza olup silik yazdırıyor ayrıca çıktı alırken arıza vermektedir.
- 3- Teklif verecek firma istediği takdirde arızayı tespit etmek için birim sorumlusu ile görüşebilir.
- 4- Cihazın genel bakımları yapılmalıdır.
- 5- Yüklenici tarafından cihaza yapılan işlemler cihaz teslimatı sırasında teknik servis formu ile hastanemize bildirilecektir.
- 6- Cihaz sorunsuz ve fonksiyonları tam çalışır şekilde teslim edilecektir.
- 7- Cihaz kalibrasyon ve bakım süresi, cihaz firmaya ulaştığı tarihten sonra bir haftayı geçmeyecektir.
- 8- Kalibrasyon İşlemi Tıbbi Cihaz Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkındaki Yönetmeliğe uygun şekilde yapılacaktır.
- 9- Kalibrasyon sertifikasında, kalibrasyonu yapan personel bilgileri yer almalıdır.
- 10- Kalibrasyon sertifikasında kullanılan kalibratörlerin isimleri ve kalibrasyon tarihleri (geçerli olacak şekilde) bulunmalıdır
- 11- Kalibrasyonu yapılan tüm cihazlara ait sertifikalar yüklenici tarafından kuruma teslim edilecektir.
- 12- Alkol cihazlarının transferlerinin takibi, Kargolama işlemleri ve tüm kargo masrafları yükleniciye ait olacaktır.
- 13- Cihaz Kalibrasyon ve bakım için kesilecek olan Fatura "AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ ALKOLMETRE CİHAZI KALİBRASYON HİZMETİ" şeklinde kesilecektir.

Mevlüt Yılmaz



Seysel Gülşen

