

SERTLİK SU ANALİZ TEST KİTLERİ ŞARTNAMESİ

1. Su analiz test kiti, suya ilişkin testlerin yapılabilmesi için geliştirilmiş olmalıdır.
2. Test kiti içinde, gerekli analizlerin yapılmasını sağlayan ayarlı çözeltiler, belirteçler, deney tüpleri, renk eşekli ve kullanma talimatı bulunmalı bir veya birkaç test solüsyonunu koyabilecek polietilen veya antişok malzemeden yapılmış kutu kullanılmalıdır.
3. Test Kiti kutusu, kapaklı ve kolay açılabilir olmalı, içinde şişe ve deney tüplerini koyabilecek özel düzenek olmalı, şişelerin dik durumda olmasını sağlayacak ve aynı çapta yerler olmalı, şişeler 20 – 30 ml hacminde, damlalıklı ve kapakları akıtmayacak biçimde olmalıdır.
4. Deney tüpleri 5 ve 10 ml çizgileri ile işaretlenmiş olmalı, kapakları bulunmalı, Kutu içinde , Kolorimetrik tayinler için o teste mahsus, renk eşekli bulunmalıdır.
5. Her Su Analiz Test kitinin içinde kullanma talimatı bulunmalıdır.
6. Test kiti kutusunda toplam serlik ölçümü için Mordan Black renk belirteci, 1 damlası 1 Fr ye ayarlı EDTA çözeltisi, 5 ml enjektör ve kullanma talimatı olmalıdır.
7. Test kitleri üzerinde lot numaraları ve son kullanma süresi yazmalıdır.
8. Yüklenici firmanın TSE 12426 ve İSO belgeleri bulunmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Akşehir Devlet Hastanesi
Sic.No: 44853 - Şişli Etfak
Akm

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Uz. Dr. İbrahim DUMAN
Dahiliye Uzmanı
Diploma Tescil No : 47775-48714
Hemodiyaliz Sertifika No: 45