

MUAYENE ELDİVENİ, NİTRİL, NONSTERİL MEDIUM

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün genel ve yüksek riskli tedavi alanları, sterilizasyon, kemoterapi, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarı, acil servis, enfeksiyon vb. gibi alanlarda kullanım amacına özel üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün pudrasız ve dayanıklılığının yüksek olması sebebiyle nitril ham maddeden üretilmiş olmalıdır. 3. Ürün M, ebatlarında olmalıdır. 4. Ürün kısa manşet olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürünün AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi en fazla 1,5 olmalıdır. 6. Ürün akseleratör içermemelidir. 7. Ürün birbirine yapışık olmamalı ve kolay giyilip çıkarılabilir olmalıdır. 8. Ürün dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır. 9. Ürünün tam koruma oluşturmaları için bilek kısmını iyi kavramalıdır. 10. Ürünün parmak uçları tutuş kabiliyeti sağlaması amacıyla pütürlü yapıya sahip olmalıdır. 11. Ürünün manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı 0,09mm($\pm 0,02$), avuç içi kalınlığı 0,07mm($\pm 0,03$) olmalı, manşon kalınlığı ise 0,05mm ($\pm 0,01$) olmalıdır. 12. Ürünün uzunluğu parmak ucundan itibaren en az 240mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220 ± 20 mm) olmalıdır. 13. Ürün EU MDR ve/veya MDD ve/veya TSE standartlarına veya bunlara eşdeğer standartlara uygun olmalıdır. 14. Ürün EN 455-1-2-3 standartlarını karşıladığına dair belgeler sunulmalıdır. 15. Ürünün sağlamlığı açısından kopma kuvveti yaşlandırmadan ≥ 6 Newton olmalı, yaşlandırma sonrası kullanım özelliklerini koruduğuna dair öncesi akredite laboratuvar test raporu sunulmalıdır.
Genel Hükümler:	16. Ürüne ait sunulacak belgeler ve test raporları, ürün marka ve modeli adına akredite laboratuvarlardan alınmış olmalıdır. 17. Ürün paketlerinde 100(± 5) adet eldiven bulunmalıdır. 18. Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. 19. Ürün paketi üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgileri olmalıdır.

Akşehir Devlet Hastanesi
Ayşe Akın
Hemşire

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Uz.Dr. Burak SOLGUN
Açık Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 152182