

EEG PASTASI ŞARTNAMESİ

- a) 400 gramlık üstünde üretim ve son kullanma tarihleri olan orijinal ambalajlarında, oda sıcaklığında uzun süre muhafaza edilebilir özellikte olmalı.
- b) Nihon Kohden marka EEG cihazına uygun olmalı.
- c) Ürün tesliminden sonra en az iki yıl miadlı olmalıdır.
- d) Krem rengi, kokusuz, opak, katı yağ kıvamında, hafif yapışkan, iletken özellikte olmalıdır.
- e) Hava temasında erimemeli, 30 dakikadan önce kurumamalıdır.
- f) Su ile yıkandığında elde yağ hissi bırakmamalıdır.
- g) EEG kayıtlarında artefakt yapmamalı, elektrotta zarar vermemelidir.
- h) Elektrod temizliği için ayrıca malzeme kullanılmasına gerek kalmadan, kullanımdan sonra suda kolayca çözülmelidir.
- i) Ateş ve terleme durumu olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
- j) Alerjik madde içermemeli, ciltde tahriş yapmamalıdır.
- k) T.C.Sağlık Bakanlığı ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal bilgi bankasına (TİTUBB) kaydı olmalıdır. UBB kodu faturada belirtilmelidir.
- l) Numuneler incelenerek alınacaktır.
- m) Ürün teslim alındıktan sonra dahi üretim hatalarından dolayı kullanılamaz olan ürünler birebir değiştirilecektir.
- n) Ürün kapağı açıldıktan sonra üründe kuruma veya herhangi bir değişim olmamalıdır.

Funda Kabayan

Geary

July

Handwritten signature: *[Signature]*