

### **SEDYE TRENDELENBURG PİSTON HOROZU**

1. Mil bağlantı delik çapı 8 mm olmalıdır.
2. Arka bağlantı M10 diş olmalıdır.
3. Sedyede kullanılan pistonu uyumlu olmalıdır.
4. Rausmann marka UT18 model sedyeye uyumlu olmalıdır.

### **SEDYE 5. TEKER PASLANMAZ AYAK PEDALI VE MİLLERİ**

1. Ø25 mm Paslanmaz Çelik borudan bükümlü yapıda üretilmiş olmalı.
2. Boru ve bağlantı lazeri kaynak ile birleştirilmiş olmalıdır.
3. Kurumda Kullanılan sedyeye birebir uyumlu olmalıdır.
4. Rausmann marka UT18 model sedyeye uyumlu olmalıdır.

### **SEDYE 5. TEKER VE İÇ YAYI**

1. Sedyeye 5'nci teker 100X35 mm ölçülerinde olmalıdır.
2. Üzerinde 2 adet 6202 seri rulman göbeğinde montajlı olmalıdır.
3. Teker beyaz poliamid üzeri TPU kaplama olmalıdır.
4. Teker ile birlikte 17 mm Çapında 96 mm boyunda 2,5 mm tel kalınlığında yay olmalıdır.
5. Rausmann marka UT18 model sedyeye uyumlu olmalıdır.

### **SEDYE 5. TEKER BAĞLANTI MİLİ**

1. 15mm çapında olmalıdır
2. Paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
3. Rausmann marka UT18 model sedyeye uyumlu olmalıdır.

### **SEDYE 5. TEKER BAĞLANTI PROFİLİ**

1. 25\*25 çapında olmalıdır
2. Rausmann marka UT18 model sedyeye uyumlu olmalıdır.
3. Montaj pim ve delikleri mevcut sedyeye uyumlu olmalıdır

### **5. TEKER PROFİL BAĞLANTI PİMİ**

1. 120 mm Q12 mm çapında olmalıdır
2. Paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır
3. Rausmann marka UT18 model sedyeye uyumlu olmalıdır.

### **SİDERAİL FLAP (SAĞ – SOL TAKIM)**

1. Siderail flap plastik malzemeden üretilmiş olmalı marka logosu üzerinde baskılı olmalıdır.
2. Takımın içinde açma mekanizmaları iç mil ve sekmanları komple montajlı olmalıdır.
3. Açma mekanizması enjeksiyon baskı olmalıdır.
4. Rausmann sedyeye birebir uyumlu olmalıdır.

### **HASTA TRANSFER SEDYESİ TENTE YÖN FRENLİ TEKER 150 MM**

1. Teker dış çapı 150 mm ve siyah renkte olmalıdır.
2. Tekerlek orijinal olmalıdır.
3. Tekerlek üç kademeli olmalıdır. (Alt frenli-Orta sarhoş-Üst yön frenli)
4. Rausmann marka UT18 model sedyeye uyumlu olmalıdır.
5. Montaj vidaları ürün yanında verilmelidir.

Akşehir Devlet Hastanesi  
Ayşe Akın  
Hemşire

Muhammet Altıntaş

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi  
Göksevilhan  
Fizyoterapist Teknikeri

### SEDYE EMNİYET KEMERİ YETİŞKİN

1. Kemerin uzunluğu 260 cm (+/-10) olmalıdır.
2. Kemer tam daraltıldığında uzunluğun 155 (+/-10cm) olmalıdır.
3. Kemerin kalınlığı 5 cm (+/-1) olmalıdır.
4. Kemer ortadan plastik kelepçe ile birleşmelidir güvenli ve sağlam olmalıdır.
5. Kemerin daraltma sistemi plastik bir parça yardımı ile yapılmalıdır.
6. Leke tutmayan, kirlendiğinde kolayca silinebilen, sıvı geçirmez veya sterilize edilebilir, yüksek gerilme mukavemetine sahip yırtılmaz/kopmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
7. Klips ve tokalar paslanmaz çelik, sertleştirilmiş plastik veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalı, hasta ağırlığı altında kesinlikle kendiliğinden açılmamalıdır.
8. Kemer malzemesi hastane ve ambulans ortamındaki dezenfektanlara, sıvı temaslarına ve sık temizliğe karşı dayanıklı olmalı, renk vermemeli ve yıpranmamalıdır.
9. Malzemeler imalat hatalarına karşı en az iki yıl garantili olmalıdır,
10. Numune denenerek alım yapılacaktır.

Akşehir Devlet Hastanesi  
Ayşe Akın  
Hemşire

Muhammet Altıntaş

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi  
Öksel İLHAN  
Tıbbi Medikal Tekniker