


TEKNİK ŞARTNAME
PATOLOJİK ATIK BİDONU

- 1-Bidon kapasitesi 60 lt. olmalıdır.
- 2-Bidon boyutları boru tipi olmak koşulu ile yukarıdaki kapasitede olmalıdır.
- 3-Bidonların ağızları vidalı kapak sistemine ait olmalıdır.
- 4-Bidonlar sızdırmaz özellikte olmalıdır.
- 5-Bidon üretiminde kullanılacak olan malzeme delinme ve kırılma riskine karşı yeterince sert plastik veya polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
- 6-Bidon içerisine atık malzemeler atılırken sabit kalmalı yere tam oturmalı, kullanımı kolay ve pratik olmalı.
- 7-Bidonlar taşınmaya dayanıklı olmalıdır.
- 8-Bidonlar, üzerine konulan en az kendi dolu ağırlığı kadar yükü taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır.
- 9-Bidonlar kolay taşınması için kenarlarında taşıma kulpu yada sapı olmalıdır.
- 10-Bidon ve kapakları kırmızı renkte olmalıdır.
- 11-Bidonlar ADR mevzuatına uygun olmalıdır.
- 12-Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun olarak bidonun üzerinde siyah renkli **"Uluslararası Biyotehlike"** amblemi ile siyah renkli **"DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK"** ibaresi bulunmalıdır.

Numuneler değerlendirilecektir.


İsmail YILMAZ
Çevre Sağlığı Teknisyeni


Ayşe ÇETİN
Sağlık Bakanlığı
Mühür No: 184000