

DIASAFE PLUS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Fresenius Marka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
- 85 c ° ısı dezenfeksiyonuna dayanıklı olmalıdır.
- 28 cm uzunluğunda, çift çıkış silindir şeklinde olmalıdır.
- Orijinal paketinde olmalıdır.
- Üretim tarihi ve etiketi okunur olmalıdır.
- Endotoksit tutucu özelliğine sahip olmalıdır.

Diyaliz Sorumlusu
Ebe Hüsniye ÖZKAN



Diyaliz Sorumlu Hekimi
Dr.Nurettin HAMAD

