

ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI İKİLİ FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ (DETROWASH MARKA CİHAZA UYUMLU)

Konu: Bu şartname; Akşehir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan Endoskopi ünitesi Endoskopi yıkama cihazı için ihtiyaç duyulan ikili filtre teknik özelliklerini kapsar.

-Ürün hastanemizde kullanmakta olduğumuz Detrowash marka DW-7001 model endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.

-Çalışma Koşulları : 8 Bar

-Çalışma sıcaklığı : 45 C

-Ön filtrasyonu sağlamalı. Herhangi bir tortu,iri partikül bırakmamalıdır.

-Toksit Materyal içermemeli ,İçilebilir su Standartına uygun olmalı.

-Polypropylene maddeden imal edilmeli

-Giriş Çıkış Bağlantısı 3/4" olmalıdır.

-Filterenin değişim süresini sık takip etmek amacıyla , filtre şeffaf olmalı.

-Yıkama makinesi için uygunluğu olmalıdır.

- İkili filtre takımı en az 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Ürün denenip kullanıcı onayı alındıktan sonra alım gerçekleşecektir.

AYRICA KULLANILAN ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZINA ZARAR VERMEDİĞİNE VE KULLANILABİLİR OLDUĞUNA DAİR FİRMANIN YAZILI UYGUNLUĞU OLMALIDIR.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Esmâ AÇIK
Hemşire
Sicil No: H11632

ENDOSKOPI YIKAMA CİHAZI İKİLİ FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ(ENDOCLEANER MARKA CİHAZA UYUMLU)

Konu: Bu şartname; Akşehir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan Endoskopi ünitesi Endoskopi yıkama cihazı için ihtiyaç duyulan ikili filtre teknik özelliklerini kapsar.

-Ürün hastanemizde kullanmakta olduğumuz Endocleaner marka EC-522model endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.

-Çalışma Koşulları : 8 Bar

-Çalışma sıcaklığı : 45 C

-Ön filtrasyonu sağlamalı. Herhangi bir tortu,iri partikül bırakmamalıdır.

-Toksit Materyal içermemeli ,İçilebilir su Standartına uygun olmalı.

-Polyproplene maddeden imal edilmeli

-Giriş Çıkış Bağlantısı 3/4" olmalıdır.

-Filterenin değişim süresini sık takip etmek amacıyla , filtre şeffaf olmalı.

-Yıkama makinesi için uygunluğu olmalıdır.

- İkili fitre takımı en az 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Ürün denenip kullanıcı onayı alındıktan sonra alım gerçekleşecektir.

AYRICA KULLANILAN ENDOSKOPI YIKAMA CİHAZINA ZARAR VERMEDİĞİNE VE KULLANILABİLİR OLDUĞUNA DAİR FİRMANIN YAZILI UYGUNLUĞU OLMALIDIR.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Esmâ YILMAZ
Hemşire
Sicil No: 417632

Neslihan YILMAZ
Akşehir Devlet Hastanesi
Hemşire