

VIDEO PROCESSOR XENON LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) LAMBA FUJINON MARKA VIDEO PROCESSOR CİHAZI İLE UYUMLU ÇALIŞMALIDIR.
- 2.) LAMBA SORUNSUZCA CİHAZA MONTE EDİLEBİLMELİDİR.
- 3.) LAMBA KULLANIM ESNASINDA SAĞLIK AÇISINDAN BİR SORUN TEŞKİL ETMEMELİDİR.
- 4.) LAMBA, PROCESSOR ÜZERİNDE BUNLUNAN, LAMBANIN ÇALIŞMA ÖMRÜRÜNÜ GÖSTEREN GÖSTERGE İLE UYUMLU ÇALIŞABİLMELİDİR.
- 5.) LAMBANIN EN AZ 500 (+/-50) SAAT KULLANIM ÖMRÜ OLMALIDIR.
- 6.) LAMBA HAVA SOĞUTMA SİSTEMİYLE SOĞUTULABİLMELİDİR.
- 7.) İSTEKLİLER YETKİLİ FİRMA OLDUKLARINI GÖSTERİR ENDOSKOPİ PROSESÖRÜ ÜRETİCİ FİRMASINDAN ALINMIŞ YETKİ BELGELERİNİ TEKLİFLERİ EKİNDE SUNMALIDIRLAR.
- 8.) ÜRÜNDE FABRİKASYON HATA BULUNMASI DURUMUNDA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
- 9.) ÜRÜN DENENİP KULLANICI ONAYI ALINDIKTAN SONRA ALIM GERÇEKLEŞECEKTİR.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Esma AÇAR
Hemşire
Sicil No: H/17652

Neslihan YARAR
Akşehir Devlet Hastanesi
Hemşire