

### **İrigasyon Elciği (7-081)**

1. Uç Kısmı Paslanmaz Çelik sap kısmı Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Universal model olup hastanemizdeki fako cihazına uyumlu olmalıdır.
3. 21G Kalınlığında olmalıdır.
4. Port genişliği 2x0,35mm olmalıdır.
5. Toplam uzunluğu 104mm olmalıdır.
6. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

### **Aspirasyon Elciği (7-0821)**

1. Uç Kısmı Paslanmaz Çelik sap kısmı Titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Universal model olup hastanemizdeki fako cihazına uyumlu olmalıdır.
3. 22G Kalınlığında olmalıdır.
4. Tek port lu olmalıdır.
5. Port genişliği 1x 0,35mm olmalıdır.
6. Ürün polisherli olmalıdır.
7. Toplam uzunluğu 104mm olmalıdır.
8. Cerrahi aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. B. GÜNAYDINER  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 200827

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. Y. B. SANCAR  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 178356