

ARTROSKOPİ TELESKOBU ŞARTNAMESİ

1. İleri oblik görüşlü ve geniş açılı olup 30° olmalıdır.
2. -Çapı 4mm, uzunluğu 185-195 mm olmalıdır.
3. -Fiberoptik ışık transmisyonu olmalıdır.
4. -Otoklavlanabilir olmalıdır.
5. Distal ve proksimal uçları safir olup bu özellik katalog üzerinde görülmelidir.
6. -Farklı marka ışık kablolarının bağlanabilmesi için ışık kablo bağlantı yerinde iki adet adaptörü olmalıdır.
7. -cizilmelere ısıya karşı teleskop ucunda nano kaplama ve şeffaf koruyucu olmalı
8. kamera konsol elçeğine sorunsuz bağlanmalı hd pürüssüz görüntü sağlamalı
9. -metal kısmı parlama yapmamalı otoklav ve dezenfektanda kararma yapmamalıdır
10. -numune görüldükten sonra karar verilecektir

