

FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU ŞARTNAMESİ

1. -FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU ÇAPI 3,5 MM'DEN AZ OLMAMALIDIR.
2. -FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU UZUNLUĞU EN AZ 2,5 MT OLMALIDIR.
3. -FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU OTOKLAV EDİLEBİLİR OLMALIDIR.
4. -FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU ELİMİZDEKİ IŞIK KAYNAĞI CİHAZLARI İLE UYUMLU OLMALIDIR.
5. -FİYAT VEREN FİRMALAR BİR (1) ADET NUMUNE VERMELİDİR. NUMUNE VERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
6. -VERİLEN FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR

Algenir İce Devlet Hastanesi
Onkoloji Kliniği
13.07.2021