

TANSİYON HOLTER MANŞONU (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon klinik olarak valide edilmiş olmalı ve bu bilgi manşon ambalajında belirtilmiş olmalıdır.
2. Manşon üzerinde kullanılan aralığı (ebat bilgileri) hem cm hem de inç cinsinden yazılı olmalıdır.
3. Manşon üzerinde doğru yerleştirilebilmesi için arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
4. Manşon malzemesi, basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen, lateks, PVC, PEPH içermeyen malzemeden yapılmış olmalı ve anti alerjik malzemeden olmalıdır.
5. Manşon üzerinde lateks, PVC, PEPH içermediği yazılı olmalıdır.
6. Manşon çok kullanımlı olduğu için uygun solüsyonlarla dezenfekte edilebilmeli ve hava kesesi çıkarılarak yıkanabilir özellikte olmalıdır.
7. Manşon terletmez yapıda olmalıdır.
8. Manşon hortumu tek girişli olmalı, erişkin için uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı ve her bir manşon metal bağlantı (NBC soket) içermelidir.
9. Manşon üzerinde yeri hassasiyetle belirtilmiş cırt cırtlı tutucu bantlar, çok sayıda açıp kapama sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.
10. Manşon, monitorizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla metal halka içermelidir.
11. Manşon 46-66 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.
12. Manşon IEM marka tansiyon holteri cihazı ve monitörü ile uyumlu olmalıdır.

Aksahir İncebeyli Hastanesi
Uz.Dr. İbrahim OZYAMACI
Kardiyoloji Uzmanı
Din Tes No: 135423

Henze
melik Jazolu
mel

TANSİYON HOLTER MANŞONU (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon klinik olarak valide edilmiş olmalı ve bu bilgi manşon ambalajında belirtilmiş olmalıdır.
2. Manşon üzerinde kullanım aralığı (ebat bilgileri) hem cm hem de inç cinsinden yazılı olmalıdır.
3. Manşon üzerinde doğru yerleştirilebilmesi için arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
4. Manşon malzemesi, basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen, lateks, PVC, PEPH içermeyen malzemeden yapılmış olmalı ve anti alerjik özellikte olmalıdır.
5. Manşon üzerinde lateks, PVC, PEPH içermediği yazılı olarak belirtilmelidir.
6. Manşon çok kullanımlı olduğu için uygun solüsyonlarla dezenfekte edilebilmeli ve hava kesesi çıkarılarak yıkanabilir özellikte olmalıdır.
7. Manşon terletmez yapıda olmalıdır.
8. Manşon hortumu tek girişli olmalı, erişkin için uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı ve her bir manşon metal bağlantı (NBC soket) içermelidir.
9. Manşon üzerindeki yeri hassasiyetle belirlenmiş cırt cırtı tutucu bantlar, çok sayıda açıp kapama sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.
10. Manşon, monitorizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla metal halka içermelidir.
11. Manşon 24–32 cm ve 38–55 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.
12. Manşon, TONOPORT VI marka tansiyon holteri cihazı ve monitörü ile uyumlu olmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Uz.Dr. İbrahim ÖZYAMAC
Kardiyo. Uzmanı
Dış Tel. No: 135423

Henzire
melek Jazogly


VENTİLASYON EKSPİRASYON KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oksijen sensörü hastanemizde kullanılmakta olan MAQUET marka Servo-s model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen sensör ortam havasına temas etmeyi engelleyen orijinal ambalaj içerisinde teslim edilmelidir.
3. Orijinal ürün olmalıdır. Orijinal olduğunu gösteren belge teklifle birlikte sunulmalıdır.
4. UBB kodu teklifte sunulmalıdır ve faturada belirtilmelidir.
5. Kasetin numunesi 1 hafta denendikten sonra onaylanacaktır.
6. Cihaza takıldığında seri numarasını otomatik olarak algılamalıdır.
7. Malzemenin üzerinde membranı olmalıdır.
8. Kasetlerin 1 yıl garantisi olmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Şule Betül AYYILDIZ
Genel Yoğunbakım Sorumlusu
Sicil No: H130202

MERVE GÜNGÖR