


**NAZAL YÜKSEK AKIŞLI OKSİJEN TERAPİ SİSTEMİ (HFOT / HFNO / HFNC)
DEZENFEKSİYON HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Dezenfeksiyon hortumu hastanemizde kullanılmakta olan Fisher&Paykel marka Airvo2 model cihaz için olmalıdır.
2. Teklif edilen hortum ortam havasına temas etmeyi engelleyen ambalaj içerisinde teslim edilmelidir.
3. Ürün orijinal olmalıdır ve teklifte orijinal olduğu belgelenmelidir.
4. Numune denendikten sonra onaylanacaktır.
5. En az 1 yıl garantisi olmalıdır.


Ümit KÖKSAL
Hemşire


Besra Naser