

İNCEL TİLMİŞ SPIRALLİ ePTFE GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ(KV1096)

1. Greft expanded PTFE yapıda, bu özelliği sayesinde inert ve sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
2. Özel dokuma tekniği iki farklı fibril uzunluğu olmasını sağlamalı ve bu sayede trombojeniteyi asgari seviyeye indirmelidir.
3. Hemokompatibilitesini ve biouyumluluğunu sağlamak amacıyla ePTFE yapısında özel Bipore dizaynına sahip olmalıdır.
4. Damar çeperi kalınlığı 0,4mm'yi geçmemelidir.
5. Radyal basınçlara karşı dayanıklı olabilmesi ve kıvrılmaları engelleyebilmesi için radyal destekli olmalıdır. Bu radyal destek istenildiği takdirde kolayca çıkartılabilmelidir.
6. Damarların çapı 6-8 mm. arasında 50 cm uzunluğunda ve 5mm çapında 40cm uzunluğunda olmalı, tüm greftler tamamen spiral ring destekli üretilmiş olmalıdır.
7. Sarmalsı ePTFE ipliği bükülmelerde rahat hareketliliği ve kompresyon direncini sağlamalıdır.
8. Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak işaretleri olmalıdır.
9. Damar üzerindeki bu çizgilerde ayrıca greftin çap ve boy uzunlukları ile kaplama cinsi belirtilmelidir.
10. Dikimi kolay olmalı, özel bir sütür malzemesi gerektirmemelidir.
11. Greft ETO ile steril edilmelidir.
12. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl olmalıdır.
13. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
14. Numune denendikten sonra karar verilecektir.

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Çarlar GÜR
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 24468

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa ÇIKILI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 190575