

DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZLARI YILLIK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) T.C. Sağlık Bakanlığı Konya İli Akşehir İlçe Devlet Hastanesinde kullanılmakta olan, Şartname sonunda yer alan tabloda özellikleri belirtilen 5 (beş) Adet Dijital Röntgen Cihazının; parça hariç 1 (bir) yıllık Periyodik bakım - onarım işidir.
- 2) Firma, ihale konusu Cihazın periyodik bakım ve onarımlarını imalatçı Firma tarafından belirlenen bakım onarım talimatına uygun olarak, yapacak ve cihazlar emniyet içinde çalışır durumda bulundurulacaktır.
- 3) Firma, her bakım onarım sonrası bakım-onarım servis formu düzenleyecek; düzenlenen formlar belirlenen dönemler sonunda, yüklenici firma tarafından fatura ile beraber Hastanemizin ilgili birimine teslim edecektir.
- 4) Firma, cihazın arızalanması durumunda parça gerektirmeyen arızalar için kendilerine teslim edildiğinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde onarımı yaparak teslim edecektir.
- 5) Cihazın periyodik bakım işlerini hafta içi mesai saatleri (08:00-16:00) içerisinde yapılacaktır.
- 6) Yüklenici firma, Periyodik bakım onarım programını aylık (Ay- gün) olarak Radyoloji Kliniği ile görüşerek şablon oluşturacaktır.
- 7) Firma, cihazların bakım onarımı esnasında değişmesi gereken arızalı parçaların öncelikle tamiri cihetine gidecek, tamiri mümkün olmaması durumunda değişecek parçaların isimlerinin bulunduğu bir rapor düzenleyerek, biyomedikal birimine teslim edecektir. Hastane mühendisliği söz konusu parçaları piyasadan temin ederek, bakımçı firma tarafından ücretsiz montajının yapılmasını sağlayacaktır. İdare tarafından temin edilecek yedek parça cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde orijinal, cihazın üreticisi tarafından üretilerek kalite kontrolü yapılmış, onaylanmış ve yasal yollardan ithalatı yapılmış olmalıdır.
- 8) Firma, mahallinde mümkün olmayan onarımlar için, cihazı teslim alırken ilgili servisle (Radyoloji Kliniği - Teknik Servis) teslim tutanağı düzenlenecek. (Nakliye firmaya aittir.)
- 9) Önleyici bakım kapsamında; imalatçı firmanın belirlediği esaslara göre, her türlü kontrol, ayar, cihaz temizliği, mekanik kısımların yağlanması, normal çalışma şartları altında her türlü testler öngörülen programa göre yapılacaktır. Bakım onarım işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan her türlü yağ ve temizlik malzemesi ve bunun gibi malzemeler firma tarafından temin edilecektir.
- 10) Firma bakım onarım yapacak teknik elemanların eğitim sertifika ya da belgelerini önceden ibra edecektir.
- 11) Bakım ve Onarım işleri esnasında Firma elemanlarının ihmali sonucu oluşan veya firma elemanları tarafından verilecek her türlü zarar Firma tarafından karşılanacaktır.

HATİCE HUCUBETAN
Radyoloji Sorumlu Teknikeri

AKŞEHİR ÜCRET HASTANESİ
UZ. DR. ALP ARSLAN
Radyoloji Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Radyoloji Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi

- 12) Firma, Cihazlar ile ilgili yetki veya yeterlilik belgesi verecektir.(TSE,ISO,CE gibi)
- 13) Cihazların arızalanması durumunda Hastanemiz yetkilileri tarafından Firmaya bildirildiği gün ve saatten itibaren (arıza ihbarı telefon - fax vb. ile yapılacaktır) arızaya 24 saat içerisinde müdahale edecektir. (Hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)
- 14) Firma sözleşme kapsamındaki Cihazların, Hastanemiz Teknisyenleri nezaretinde Genel bakım yapacaktır, Bakım ve onarım sonrası bakım ve onarım arıza formu doldurulacak, bu form Radyoloji kliniği, teknik servis ve firma tarafından imzalanacak.
- 15) Üretici firmanın gönderdiği tüm yazılım update'leri (güncelleme) ve modifikasyonlar, yüklenici firma tarafından hastane yönetimine bildirilecek ve ücretsiz olarak sisteme uygulanacaktır. Herhangi bir eğitim verilmesi gerekirse hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
- 16) Bakımcı firma her bakımda cihazlar için çeklist düzenleyerek biyomedikal birimine teslim edecektir.
- 17) Bakım onarım esnasında cihazda fonksiyon kaybı olmayacak, bakım onarım öncesi var olan işlevler iptal edilmemiş olacak. Mevcut sistemde bakım hizmeti sistem çalışma ömrünün uzatılmasını sağlayacaktır.
- 18) Arıza durumunda uzak ağ bağlantısı verilmeyecektir.
- 19) Cihaz bakımı 3 (üç) ay arayla senede 4 (dört) kez olacaktır.

Sıra No	Marka	Model	Seri No	Künye
1	DRS	HILIGHT 1000 DR	MTA06/14 09/09/096/TAEK02143	1007914180
2	US X- RAY(SEDECAL)	X PLUS	PP41077C	1007914181
3	SG HEALTH CARE	JUMONG MOBILE ÇİFT DEDEKTÖR	SGJ01705059TE	1012855405
4	SG HEALTH CARE	SC-3000	SC31311056-TAEK02144	1008277755
5	SG HEALTH CARE	JUMONG MOBILE	SJMO1505066	1009554276

HATİCE HUCUPTAN
Radyoloji Sorumlusu Tekniker

AKSENER DEVLET HASTANESİ
Üz. Dr. Aksemer Arslan
Radyoloji Uzmanı
Diy. Tbb. No: 15.12.2022