

ARMAS MARKA NAM-07 ALKOLMETRE KALİBRASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kalibrasyon hizmeti Armas marka NAM-07 model alkolmetre için olmalıdır.
- 2- Cihazın genel bakımları yapılmalıdır.
- 3- Yüklenici tarafından cihaza yapılan işlemler cihaz teslimatı sırasında teknik servis formu ile hastanemize bildirilecektir.
- 4- Cihaz sorunsuz ve fonksiyonları tam çalışır şekilde teslim edilecektir.
- 5- Cihaz kalibrasyon ve bakım süresi, cihaz firmaya ulaştığı tarihten sonra bir haftayı geçmeyecektir.
- 6- Kalibrasyon İşlemi Tıbbi Cihaz Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkındaki Yönetmeliğe uygun şekilde yapılacaktır.
- 7- Kalibrasyon sertifikasında, kalibrasyonu yapan personel bilgileri yer almalıdır.
- 8- Kalibrasyon sertifikasında kullanılan kalibratörlerin isimleri ve kalibrasyon tarihleri (geçerli olacak şekilde) bulunmalıdır
- 9- Kalibrasyonu yapılan tüm cihazlara ait sertifikalar yüklenici tarafından kuruma teslim edilecektir.
- 10- Alkol cihazlarının transferlerinin takibi, Kargolama işlemleri ve tüm kargo masrafları yükleniciye ait olacaktır.
- 11- Cihaz Kalibrasyon ve bakım için kesilecek olan Fatura "ÇELTİK DEVLET HASTANESİ ALKOLMETRE CİHAZI KALİBRASYON HİZMETİ" şeklinde kesilecektir.

Çelik Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Ramazan Güllü
Çelik Devlet Hastanesi
Gözetim ve Kontrol Şube Başkanı
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ramazan SEREL
Gözetim ve Kontrol Şube Başkanı
İdari ve Mali İşler Müdürü