

HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hepa filtre kasası MDF veya ALÜMİNYUM kasa olmalıdır.
2. Hepa filtrelerin hava giriş tarafında eksiz dökme contalı olmalıdır.
3. Hepa filtre kağıdı yüksek verimli glass-fiber kağıt olmalıdır.
4. Hepa filtreler talep listesinde yer alan verimlilikte olmalıdır.
5. Hepa filtre bağıl nemliliği %90 ve üzeri olmalıdır.
6. Hepa filtrenin sıcaklık dayanım 80 °C ve üzeri olmalıdır.
7. Hepa filtrelerin EN 1822 test sertifikası ambalajında olmalıdır.
8. Hepa filtrelerin verim ve teknik değerleri belirten etiketi olmalıdır.
9. Hepa filtreler talep listesinde belirtilen boyutlarda olmalıdır.
10. Hepa filtreler EN 1822 test metoduna göre bağımsız test sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Hepa filtreler TÜV belgeli ve TURKAK AKREDİTE onayı belgesi olmalıdır.
12. Tüm filtreler düz conta olacaktır.(NEOPREN CONTA)

SAĞLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

1. Tüm filtreler TÜV vb. belgeli ve akredite onaylı olmalıdır.
2. Hepa filtreler 1 kolide 1 adet olacak şekilde ve üzerinde naylon ambalaj olacak şekilde paketlenmelidir. Bu şekilde paketlenmeyen (ambalajlanmayan) ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Filtreler sistemlerde uyum sağlanması ve testlerin sağlıklı yapılabilmesi için ilgili firmaların filtrelerin tamamına fiyat vererek filtrelerin temin edilmesi esastır.
4. Hepa filtrelerin montajı ve montajı sonrası performans testleri (partikül sayımı ve validasyon testi) yüklenici firma tarafından ek bir ücret talep edilmeden bedelsiz yapılacak ve sonuçlar belge halinde teslim edilecektir.
5. Ürünlerin nakliyesi hastane idaresi tarafından gösterilecek yerlere taşınması yüklenici firma tarafından hiçbir bedel talep edilmeden bedelsiz yapılacaktır.
6. Hepa filtreler değiştirilirken lamina flow perdelere zarar verilmemelidir zarar verildiği halde yüklenici firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Abibe TOSUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Muhammet ALTUNTAŞ
Biyomedikal Teknikeri