

TENS CİHAZI ELEKTROT ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fیزیomed marka Fیزیotens 6000 model tens cihazına tamamen uyumlu olmalıdır.
2. Soketler takılıp çıkartılırken zorlanmamalıdır.
3. UBB kaydı bulunup faturada belirtilmelidir.
4. En az 6 ay garantisi bulunmalıdır.
5. Kablo uzunluğu en az 1.5 metre olmalıdır.
6. Ürün orijinal olmalıdır.
7. Ürünler denenip kullanıcı onayı alındıktan sonra alım gerçekleşecektir.

ANKARA DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Ali İPEK
Fiziksel Tıp ve Reha. Uzmanı
Dip. Tes. No: 102700

Garza ZEVIK
Fizik Tedavi Teknikeri

Almina GÜNEY
Fizik Tedavi Teknikeri