

ODYOMETRE CİHAZI HAVA YOLU BAŞLIĞI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo, odyometre cihazı hava yolu başlığı hoparlörlerinin, odyometre cihazına veya transfer paneline bağlanması için kullanılacaktır.
2. Kablonun uzunluğu en az 2m olmalıdır.
3. Kablonun cihaza veya transfer paneline takılacak olan uçları, altın kaplamalı, 2 adet 6.3mm'lik mono erkek sokete sahip olmalıdır.
4. Kablonun havayolu başlığı hoparlörlerine takılacak uçları, TDH39 veya DD45 model transducerlara uygun yapıda olmalıdır.
5. Kablo uçlarında bulunan soketler sağ ve sol taraf ayrımı için kırmızı ve mavi renk kodlu olmalıdır.
6. Teklif veren firma INTERACOUSTICS Markasının yedek parça temininde yetkili olduğunu belgelemelidir. Firma INTERACOUSTICS marka cihazların Türkiye yetkili temsilcisi olacaktır. Temsilcilik belgesini teklifin ekinde ibraz edecektir.
7. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 2019/1 Sayılı Genelgesi gereği, hizmet sunacak teknik servis sağlayıcısının ve ilgili teknik personeli ÜTS'de (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olması gereklidir.



ÖMER TEKE
ÖZÜ

Akşehir İnce Devlet Hastanesi
Esma ÖZÜ
Odyometri Teknikeri
Sicil No: 458 9208 6664