

TABLET TUZ ŞARTNAMESİ

- 1- Kesinlikle tortu bırakmayacak şekilde olmalıdır.
- 2- Renk beyaz olmalıdır.
- 3- Tuz tablet halinde olmalıdır.
- 4- Analiz raporu mutlaka olacaktır ve ihale dosyasında ibraz edilecektir.
- 5- Değerler aşağıdaki gibi verilen aralarda olmalıdır ve analiz raporunda belirtilmelidir.

Na	: % 99,4-99,9 .
Rutubet	: % 0,02-0,6 .
Suda erimeyen madde	: 20 mg/kg max.
Asitte erimeyen madde	: % 0.01 max.
Sülfat	: 80-110 mg/kg .
Demir (Fe)	: 0,5 mg/kg max.
pH	: 5 – 7.3
Alkalinite	: 85 mg/kg max.
Aliminyum	: %0,00ppm max.

6-Tablet tuz 25 kg.lık torbalarda olmalı ve torbalar üzerinde markası,malzeme net miktarı,üretici ismi ve irtibat bilgileri,üretim izin belgesi tarihi ve numarası yazılmış olmalıdır.

Bu malzemelerden, Tıbbi cihaz yönetmenliği kapsamında olanlar, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi ilaç ve cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Dr. İbrahim DUMAN
Dahiliye Uzmanı
Dip. Tes. No: 47775-48714
Hemodiyaliz Sertifikası No: 45

Murat YANIK
Sterilizasyon Sorumlusu

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksevilhan
Biyomedikal Teknikeri