


1- İNDİREKT OFTALMOSKOP AMPULÜ 6V 10W

- 6 volt 10 watt gücünde olmalıdır.
- Teklif veren firmalar 1'er adet numune göndermelidir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.




Mustafa AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Yönetim Birim Sorumlusu

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Habib ZOSUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

2-LARİNGOSKOP İŞIK KAYNAĞI 2.5V (KALIN)

- Ampuller hastanemizdeki Lunalite fiber optik laringoskop cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- 2.5 Volt gücünde olmalıdır.
- Ampuller LED yapıda olmalıdır ve beyaz ışık vermelidir.
- Ampullerin en az 3000 saat faydalı ömrü olmalıdır.
- Ürünler orijinal tekli kutularında olmalıdır. Dökme ürünler kabul edilmeyecektir.
- Numune değerlendirmesi yapılacaktır. Teklif esnasında numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.




Mustafa AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Anestezi Girişim
Sorumlusu

Halil YOSUN
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Biyomedikal Mühendisi

Göksel İLHAN
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

3-LARİNGOSKOP İŞIK KAYNAĞI 2.5V (KALIN)

- Ampuller hastanemizdeki Lunalite fiber optik laringoskop cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- 2.5 Volt gücünde olmalıdır.
- Ampuller LED yapıda olmalıdır ve beyaz ışık vermelidir.
- Ampullerin en az 3000 saat faydalı ömrü olmalıdır.
- Ürünler orijinal tekli kutularında olmalıdır. Dökme ürünler kabul edilmeyecektir.
- Numune değerlendirmesi yapılacaktır. Teklif esnasında numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



MUSTAFA YAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim
Sorunlu

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Nahide TOĞRUL
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Gökseil İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

4-WELCH ALLYN LARİNGOSKOP AMPULÜ PEDİATRİK 2.5V

- Ampuller hastanemizdeki mevcut pediatrik bladelar ile uyumlu olmalıdır.
- 2.5 Volt gücünde olmalıdır.
- Ampuller LED yapıda olmalı ve beyaz ışık vermelidir.
- Ampullerin en az 20 saat faydalı ömrü olmalıdır.
- Ürünlerin kesinlikle CE belgesi bulunmalıdır.
- Ürünler orijinal tekli kutularında olmalıdır. Dökme ürünler kabul edilmeyecektir.
- Numune değerlendirmesi yapılacaktır. Teklif esnasında numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürün mevcut resimdeki gibi olmalıdır.



Mustafa AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

5-LARİNGOSKOP İŞIK KAYNAĞI 2.5V

- Ampuller hastanemizdeki mevcut Seamed marka fiber optik laringoskopların orijinal ampulü olmalıdır.
- 2.5 Volt gücünde olmalıdır.
- Ampuller LED olmalıdır.
- Ürünlerin kesinlikle CE belgesi bulunmalıdır.
- Ürünler orijinal tekli kutularında olmalıdır. Dökme ürünler kabul edilmeyecektir.
- Numune değerlendirmesi yapılacaktır. Teklif esnasında numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Hasan TOSUN
Biyomedikal Mühendis

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

Mustafa YAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Yöneticisi
Sorumlu

6-OFTALMOSKOP IŞIK KAYNAĞI 3.5V

- Ampul hastanemizde mevcut bulunan Zero One marka oftalmoskop cihazına uyumlu olmalıdır.
- Ampul 3.5 volt gerilimle çalışabilmelidir.
- Ampulün ömrü en az 20 saat olacaktır.
- Ürünler orijinal tekli kutularında olacaktır. Dökme ürünler kabul edilmeyecektir.
- Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ürün aşağıdaki resimdeki gibi olmalıdır.




Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet RUSUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Gökseil İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

Mustafa AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim
Biyomedikal Mühendisi

7-OFTALMOSKOP IŞIK KAYNAĞI 3.5V

- Ampul hastanemizde mevcut bulunan Welch Allyn marka oftalmoskop cihazımıza uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- 3.5 volt gerilimle çalışabilmelidir.
- Ömrü en az 20 saat olacaktır.
- Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ürün mevcut resimdeki gibi olmalıdır.



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehibe TOŞUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

Mehmet AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim
Sorumlusu

8-OFTALMOSKOP IŞIK KAYNAĞI 3.6V

- Ampul hastanemizde mevcut kullanılan Keeler marka oftalmoskop cihazının orijinal ampulü olmalıdır.
- Ampul 3.6 Volt geriliminde çalışabilmelidir.
- Ampul orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Dökme ve muadil ürünler kabul edilmeyecektir.
- Teklif veren firmalar Satınalma birimine numune bırakmak zorundadır. Numunesini göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürünün resmi aşağıdaki gibi olmalıdır.



Mustafa AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Kliniğin Ünlü Hastalıkları Birim
Sorumlusu

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Hakan YOSUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Gökşel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

9-OTOSKOP IŞIK KAYNAĞI 2.7V

- Ampul hastanemizde mevcut bulunan otoskop cihazıyla uyumlu olmalıdır.
- 2.7 volt gerilimle çalışabilmelidir.
- Ömrü en az 20 saat olacaktır.
- Ürünler özel tekli kutularda olacaktır. Uzakdoğu menşeli dökme ürünler kabul edilmeyecektir.
- Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ürün mevcut resimdeki gibi olmalıdır.



Mustafa AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim
Sorumlusu

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Habibe TOSUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

[Handwritten signature]

10-OTOSKOP IŞIK KAYNAĞI 3.5V

- Ampul hastanemizde mevcut bulunan Heine EN100/Beta100 otoskop cihazına uyumlu olmalıdır.
- 3.5 volt gerilimle çalışabilmelidir.
- Ömrü en az 20 saat olacaktır.
- Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ampul aşağıdaki mevcut görseldeki gibi olmalıdır.



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Heine TOSUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

MUSTAFA AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu

[Handwritten signature]

11- OTOSKOP IŞIK KAYNAĞI 3.5V

- Ampul hastanemizde mevcut bulunan otoskop cihazının orijinal ampulü olmalıdır. Muadil ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.5 volt gerilimle çalışabilmelidir.
- Ömrü en az 20 saat olacaktır.
- Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Halil İbrahim YOSUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

Muhsin AKAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim
Sorumlusu

[Handwritten signature]

12-RETİNOSKOP IŞIK KAYNAĞI 3.6V

- Ampul hastanemizde mevcut kullanılan Keeler marka retinoskop cihazının orijinal ampülü olmalıdır.
- Ampul 3.6 Volt geriliminde çalışabilmelidir.
- Ampul orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Dökme ve muadil ürünler kabul edilmeyecektir.
- Teklif veren firmalar Satınalma birimine numune bırakmak zorundadır. Numunesini göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürünün resmi aşağıdaki gibi olmalıdır.



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Habibe ÇELİK
Biyomedikal Mühendisi

Mustafa AYLAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

13-RIESTER OTOSKOP AMPULÜ 3.5V

- Ampul hastanemizde mevcut bulunan otoskop cihazının orijinal ampulü olmalıdır. Muadil ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.5 volt gerilimle çalışabilmelidir.
- Ömrü en az 20 saat olacaktır.
- Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ürün mevcut resimdeki gibi olmalıdır.



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Habibe COSUN
Biyomedikal Mühendisi

Mustafa AYAZ
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Birim
Sorumlusu

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Gökseil İLHAN
Biyomedikal Teknikeri

14-WELCH ALLYN LARİNGOSKOP AMPULÜ 2.5V

- Ampuller hastanemizdeki mevcut laringoskoplar ile uyumlu olmalıdır.
- 2.5 Volt gücünde olmalıdır.
- Ampuller halojen yapıda olmalıdır.
- Ampullerin en az 20 saat faydalı ömrü olmalıdır.
- Ürünlerin kesinlikle CE belgesi bulunmalıdır.
- Ürünler orijinal tekli kutularında olmalıdır. Dökme ürünler kabul edilmeyecektir.
- Numune değerlendirmesi yapılacaktır. Teklif esnasında numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürün mevcut resimdeki gibi olmalıdır.



Mustafa KAZAN
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Klinik Mühendislik Üstüm
Sorumlu

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet TOSUN
Biyomedikal Mühendisi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri