

HİDROFOBİK ASİFERİK MONOBLOK KATLANABİLİR LENS ŞARTNAMESİ

1. Lens hidrofobik, tek parça, katlanabilir olmalıdır.
2. Ürünün kutusunun üzerinde üretim tarihi, seri numarası, son kullanma tarihi, ölçüleri yazmalıdır.
3. Lensin Optik çapı 6.00 mm, haptik boyu 12.00 mm veya 12.50 mm olmalıdır.
4. Lensin ameliyat sonrası gelişebilecek arka kapsül opasitesini engellemek için mutlaka keskin kenarlı olmalıdır. Lensin hidrofobik kaplama olmaması gerekmektedir. Lensin su içeriği %4 den fazla olmamalıdır.
5. Lensin A-Constant değeri 119.1 veya 119.9 olmalıdır. Lensin Üretim Dioptri aralığı 10.00 ve 28.00 aralığı kapsamalıdır
6. Teklif edilen lensin ürün numunesi klinik tarafından pratik olarak değerlendirilecek. Bu kapsamda lensin katlanabilirliği, cerrahi olarak kolay uygulanabilmesi, santralizasyon yönünden değerlendirilecekve klinik tarafından uygun bulunması halinde kabul edilecektir.
7. Lensin haptikleri modifiye C loop modifiye veya C loop tasarımında olmalıdır.
8. Lenslerle birlikte 1 adet çok kullanımlık enjektör firma tarafından sağlanacaktır. Talep edilmesi halinde yedeği de firma tarafından sağlanmak zorundadır. Lenslerle birlikte lens sayısı kadar kartuş teslim edilmelidir. Lenslerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. Eğer lenslerin son kullanma tarihi geçerse firma tarafından yenileri temin edilecektir.
9. İhale sonrası istenildiği tarihte elde bulunan dioptri numaraları istenilen dioptri numaraları ile değiştirilecektir.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.