

YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR İÇİN YETİŞKİN DURA KORUYUCU ATAÇMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilecek yetişkin dura koruyucu ataçman hastanemiz demirbaşına kayıtlı, kullanımda olan Aesculap Elan 4 marka motor sistemi ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen yetişkin dura koruyucu ataçman çok kullanımlı olmalıdır ve kullanılan sistem ile aynı marka olmalıdır. Yan sanayi üretim yapan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.
3. Üretici firmanın ürün gamında pediatrik, yetişkin, rotasyonel yetişkin, laminektomi dura koruyucuları ve düz ataçman olmalıdır.
4. Yüksek devirli motora takılan yetişkin dura koruyucu ataçman elektrikli sistemle uyumlu olmalıdır.
5. Yetişkin dura koruyucu ataçman, motora kolaylıkla takılabilmeli-çıkarılabilmeli, ek bir anahtara ve çevirmeye gerek duyulmamalıdır.
6. Teklif verilecek ürün içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
7. Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.
8. Numune uygunluğu görüldükten sonra karar verilecektir.

Özellik	Referans Kod	Adet
Yetişkin Dura Koruyucu Ataçman	GB942R	2

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Devran CEYLAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 155213

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ÇIKILI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. No: 155375