

AMELİYAT MASASI TEKERLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Üzümcü Marka OM-9T Ameliyat Masasıyla uyumlu olmalıdır,
- 2- Orijinal ürün olmalıdır.
- 3- Montajlı şekilde olmalıdır sökölüp takılmaya olanak sağlamalı ve üzerindeki tüm parçalar montajlı olmalıdır
- 4- Ürünle birebir uyumlu olmalıdır teker kısmında frene de olanak sağlamalıdır.
- 5- Fren mekanizması üzerinde olmalıdır.
- 6- 125x77 mm ölçülerinde olmalıdır.

Akşehir İhsan Paşa Hastanesi
Ameliyathane Sorumlusu
Sicil No: 11103600

Akşehir İhsan Paşa Hastanesi
Op.Dr. İhsan KILIÇ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Diyadin 130575