



## IBP Ara Kablosu Teknik Şartnamesi

1. IBP ara kablosu hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. IBP ara kablosunun invaziv basınç ölçümü için kullanılan transdüseri Multimed Pod'a bağlayan özellikte olması gerekir.
3. IBP kablo 3 metre şeklinde olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. Numune onayı alınmalıdır.
6. Ürün kapalı kutu veya ambalaj da olmalıdır.
7. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.

  
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi  
Uz.Dr. Mustafa Kemal YILDIRIM  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No 126809

  
Akşehir İlçe Devlet Hastanesi  
Emrah KORKMAZ  
Sorumlu  
Anestezi Teknikleri