


RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ DEDEKTÖR ARAYÜZ KARTI (INTERFACE KONTROL KARTI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen ürün DRS marka röntgen cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Teklif edilen ürün, cihaz üzerinde herhangi bir tadilat yapılmadan takılabilmelidir.
- 3- Teklif edilen ürünün montajı yapılamalı ve sonrası dedektör kalibrasyonu yapılarak teslim edilmelidir.
- 4- Teklif edilen ürün 1 yıl garantili olmalıdır.
- 5- Teklif veren firmanın DRS marka röntgen cihazları için alınmış tek yetki belgesi ve teknik personelinin eğitim sertifikası olacaktır.
- 6- Teklif veren firma 29.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre TSE 12426 standartlarında A Gurubu Radyolojik görüntüleme cihazları için almış olduğu TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif mektubu ile birlikte gönderecektir
- 7- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler, yedek parçalar veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi " ni sunacaklardır.
- 8- Teklif veren firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.


HATİCE HUCUPTAN
Radyoloji Sorumlu Teknikeri


AKŞEHİRCİ HASTANESİ
Uz. Dr. Erdogan SIMSEK
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 157747

RADYOGRAFİ CİHAZI MİKROİŞLEMCİ KARTI (SİSTEM KONTROL KARTI)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen ürün DRS marka röntgen cihazının cihazın orijinal parçası olmalıdır.
- 2- Teklif edilen ürün cihaz üzerinde bir tadilat yapılmadan yerine takılmalıdır.
- 3- Teklif edilen ürün cihaza montajı ve gerekli dedektör ayarları yapılarak teslim edilecektir. Bunun için ekstra bir ücret talep edilmeyecektir.
- 4- Teklif edilen ürün 1 yıl garantili olmalıdır.
- 5- Teklif veren firmanın DRS marka röntgen cihazları için alınmış tek yetki belgesi olmalıdır. Teknik personelinin DRS marka röntgen cihazları için ve I RAY marka dedektörler için alınmış eğitim sertifikaları olmalıdır. Teklif mektubu ile beraber bu sertifikalar gönderilecektir.
- 6- Teklif veren firmanın ÜTS Teknik altyapı kaydı bulunmalıdır
- 7- Teklif veren firma 29.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre TSE 12426 standartlarında A Gurubu Radyolojik görüntüleme cihazları için almış olduğu TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif mektubu ile birlikte gönderecektir
- 8- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler, yedek parçalar veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi " ni sunacaklardır


AYŞE HUCUPTAN
Radyoloji Sorumlu Teknikeri


AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
UZ. DR. FERİYE SİRALAR
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 157747