

AMELİYAT MASASI GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Üzümcü Marka OM9T model Ameliyat Masasıyla uyumlu olmalıdır.
- 2- Orijinal ürün olmalıdır.
- 3- Ameliyat Masasının el, gövde kumandaları ve tüm motorların bağlantısına olanak sağlamalıdır.
- 4- 24VDC ile çalışmalıdır
- 5- IPX4 Standardına sahip olmalıdır.
- 6- Ameliyat Masasının el kumandasında bulunan tüm hareketleri yapmaya olanak sağlamalıdır.

AMELİYAT MASASI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Üzümcü Marka OM9T model Ameliyat Masasıyla uyumlu olmalıdır.
- 2- Orijinal ürün olmalıdır.
- 3- Güç 24 V 1.3 Ah olmalıdır
- 4- Sarj 27.6 VDC / 5000 mA yeniden sarj edilebilir batarya olmalıdır.
- 5- Kontrol kutusu ve güç ünitesiyle uyumlu ve montajlanabilir tek parça görünümünü bozmayacak şekilde olmalıdır.

AMELİYAT MASASI, EL KUMANDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Üzümcü Marka OM9T model Ameliyat Masasıyla uyumlu olmalıdır.
- 2- Ameliyat Masasının görüntüsünü ve ürün bütünlüğünü bozmamalıdır.
- 3- Orijinal ürün olmalıdır.
- 4- Gövde kumandasıyla uyumlu olup tüm fonksiyonlarını çalıştırmalıdır.
- 5- 24 V ile çalışmalıdır ve kontrol kutusuna uyumlu olmalıdır.

AMELİYAT MASASI MOTOR HAREKET KONTROL KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ (KONTROL KUTUSU)

- 1- Üzümcü Marka OM9T model Ameliyat Masasıyla uyumlu olmalıdır.
- 2- Orijinal ürün olmalıdır
- 3- Ameliyat Masasının el, gövde kumandaları ve tüm motorların bağlantısına olanak sağlamalıdır.
- 4- 24VDC ile çalışmalıdır
- 5- IPX4 Standardına sahip olmalıdır.
- 6- Ameliyat Masasının el kumandasında bulunan tüm hareketleri yapmaya olanak sağlamalıdır.

AMELİYAT MASASI GÖVDE KUMANDASI TUŞ TAKIMI (GÖVDE KUMANDASI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Üzümcü Marka OM9T model Ameliyat Masasıyla uyumlu olmalıdır.
- 2- Ameliyat Masasının görüntüsünü ve ürün bütünlüğünü bozmamalıdır.
- 3- Orijinal ürün olmalıdır.
- 4- Gövde kumandasıyla uyumlu olup tüm fonksiyonlarını çalıştırmalıdır.
- 5- 24 V ile çalışmalıdır ve kontrol kutusuna uyumlu olmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Ameliyathane
Sicil No: 113300

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ÇIKILI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tesc. No: 138575