ANTi-BASINÇ PED VE POZiSYONERLERİ TEKNIK SARTNAMESi

1. Pedler özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda ve post-op şartlarında basınçdan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmalari (dekübit yaralar) ile hipotansiyon riskini önlemelidir.
2. Pedler doku benzeri maddeden yapilmali ve vücut ağırlığını eşit miktarda yüzeye yayarak dolaşım bozukluğuna engel olmalıdır.
3. Pedlerin üzerine ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın eski haline deforme olmadan geri dönebilmelidir.
4. Pedler su geçirmez ve anti-statik olmalıdır.
5. Silikon, Vinil, Hava, Köpük, Sünger ve Likit esaslı vb. akma yapabilen, zamanla deforme olan alerjik maddelerden mamul olmamalıdır.
6. Pedler alerjik etkiler bırakılabilen lateks içermemelidir.
7. Pedler röntgen ışığını ve ısıyı geçirebilen ancak yanmayan bir maddeden mamul olmalıdır.
8. Herhangi bir kaza nedeniyle pedler kesi aldığında içindeki madde akma veya kayma yapmamalıdır.
9. Reusable olmalıdır ve kolayca temizligi yapılabilmelidir. Ürünlerin altında CE İşareti ,garanti takibi için lot numarasi ve imalatçı firma bilgileri ürün yüzeyine imalatçı tarafından basılmış olmalıdır.
10. Pedler imalat ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır ve bu durum hem imalatçı hemde yetkili satıcı tarafından taahhüt edilmelidir.
11. Ürün Sağlık Bakanligi Ürün Takip Sistemine kayıtlı olmalıdır.
12. Firma ürünlerden 1 er (birer) adet numune göndermeli ve ürünlerin kullanıma uygunluğu birim tarafından(ameliyathane koşullarinda) incelendikten sonra karar verilecektir.

	MALZEME	MİKTARI	BİRİMİ
1	GENEL HASTA POZİSYON PEDİ 50×10×5 CM	6	ADET
2	GENEL HASTA POZİSYON PEDİ 50×15×10 CM	4	ADET
3	YETİŞKİN GÖĞÜS POZİSYON PEDİ 50×10 CM	4	ADET
4	ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDİ YETİŞKİN 22×19×12 CM	2	ADET
5	ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDİ YETİŞKİN 27×23×13 CM	2	ADET

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ÇIKILI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 130575