5 LİTRE POLİKARBONAT ASPİRATÖR KAVANOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sıvı toplama haznesinin net kapasitesi 5 Litre (5000 ml) olmalıdır. Kavanoz gövdesi, kırılmaya, çatlamaya ve darbelere karşı yüksek direnç gösteren, içi net görünebilir şeffaf Polikarbonat (PC) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Kavanoz gövdesi üzerinde sıvı seviyesinin takibini kolaylaştıran, aşınmaya dayanıklı ve kolay okunabilir mililitre (ml) cinsinden dereceli ölçek indikatörü bulunmalıdır. Kavanoz kapağı, sızdırmazlığı sağlayan entegre conta sistemine sahip olmalı ve hazne içinde tam bir vakum sızdırmazlığı garanti etmelidir.
3. Kavanoz kapağı üzerinde, taşıma ve transfer esnasında kolaylık sağlaması amacıyla ergonomik tasarlanmış bir taşıma kulpu/sapı yer almalıdır.
4. Kavanoz kapağının yarıçapı 9 cm olmalıdır.
5. Kavanoz kapağı hazneye kolay takılabilir şekilde tek yivli olmalıdır.
6. Kavanoz kapağı üzerinde bağlantıların karıştırılmaması için kalıcı ve net bir şekilde yazılmış "CİHAZ GİRİŞİ / DEVICE INPUT" ve "HASTA ÇIKIŞI / PATIENT OUTPUT" ibareleri bulunmalıdır.
7. Kavanoz, taşma ve motor arızalarını önlemek amacıyla entegre şamandıra (aşırı dolum emniyet valfi) sistemine sahip olmalıdır.
8. Kavanoz maksimum seviyeye ulaştığında şamandıra yukarı kalkarak vakum hattını otomatik olarak kapatmalı ve sıvının aspiratör cihazına veya merkezi sisteme kaçmasını engellemelidir.
9. Kavanozun dış çapı ve askı aparatı tasarımı, hastanede mevcut bulunan ELMASLAR Marka LİFETİME cerrahi aspiratör cihazlarının sepetlerine, stant yuvalarına ve duvar ray sistemlerine tam oturmalı, sarsıntı veya düşmeye mahal vermeyecek şekilde stabil durmalıdır.
10. Kavanoz kapak çapı ve gövde yüksekliği, cihaz montaj alanlarında (özellikle ünit altı veya cihaz arkası bağlantılarda) hortum bükülmelerine yol açmayacak kompakt ölçülerde olmalıdır
11. Her bir kavanoz ile birlikte, cihazı kontaminasyondan ve sıvı sızıntılarından korumak amacıyla en az 10 (on) adet hidrofobik/hidrofilik nitelikte yüksek verimli bakteri filtresi verilmelidir.
12. Bakteri filtresi, vakum gücünü düşürmeden hava geçişine izin vermeli, nem veya sıvı temasında vakumu bloke ederek cihaz motorunu tam koruma altına almalıdır.
13. Kavanozla birlikte, hastaya ve cihaza bağlantıların yapılabilmesi için tıbbi kullanıma uygun, bükülmeye ve vakum basıncı altında sönmeye (kolaps kinking) dirençli, şeffaf silikon veya PVC aspirasyon hortum setleri eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
14. Hortum uçları, kavanoz kapağı üzerindeki "Cihaz Girişi" ve "Hasta Çıkışı" konnektörlerine sızıntı yapmayacak şekilde tam sıkılıkta ve kolayca takılıp sökülebilir yapıda olmalıdır.
15. Teklif edilen ürünlerin üzerinde üretici firmaya ait ticari marka/logo yer almalıdır. Ürünler, tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiş olmalı ve gerekli kalite belgelerine (CE, ISO vb.) sahip olmalıdır.
16. Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ÇIKILI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No : 133675

AKŞEHİR DEVLET HASTA... SI
Op. Dr. Anıl Selim U... N
Dip. Tes. No: 124369
Ortopedi ve Trav. Uzmanı

AMELİYATHANE HASTA SABİTLEME KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemerin uzunluğu 200cm-250cm aralığında olmalıdır. Genişliği en az 5 cm olmalıdır.
2. Kemer sıvı geçirmez, leke tutmaz ve silinebilir olmalıdır.
3. Cilde bası yarası yapmayacak ve tahrişe neden olmayacak şekilde yumuşak dokuda olmalıdır.
4. Hastane tipi dezenfektanlarla silinebilir, yıkanabilir özellikte olmalıdır.
5. Kemer tokalı ve pimli biçimde olmalıdır.
6. Kemerin uç kısmından itibaren ¾'ü 5cm aralıklarla delikli olmalıdır.
7. Kemerin hasta ile temas eden yüzeyinde bası yaralarını önlemek amacıyla ortalama 50 cm uzunluğunda, 15-20 cm genişliğinde ayarlanabilir ve takılıp çıkarılabilir destek pedi bulunmalıdır.
8. Kemerin delikli kısımları yırtılma ve sökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Ameliyathane masalarına uyumlu olmalıdır.
10. Ürünler üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garanti kapsamında yer almalıdır.
11. Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ÇIKILI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 130575

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Anıl Sefa UZUN
Dip. Tes. No: 124569
Ortopedi ve Trav. Uzmanı