ENDOSKOPİ SİSTEMİ GÖRÜNTÜ ÇEKİM / GÖRÜNTÜ YAKALAMA PEDALI KABLOSUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayak pedalı kablosuz özelliği olmalı ve en az 10 metre mesafeden çalışmalıdır
2. Ayak pedalının açma kapama düğmesi olmalıdır
3. Ayak pedalı çift butonlu olmalı ve resim, video çekebilmelidir
4. Ayak pedalı resim ve video çekme fonksiyonu yazılım üzerinde değişim yapılabilmelidir, kullanıcı kendi isteği doğrultusunda değişim yapabilmelidir
5. Pedal Fujinon marka endoskopi kulesine ait orijinal ürün olmalıdır.
6. Üretici firmadan alınmış yetki belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır.
7. Ürün denenip onaylandıktan sonra alım tamamlanacaktır.
8. Ürünün UBB kodu teklifle birlikte sunulmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Esma AÇAR
Hemşire
Sicil No: H117632