## BUHAR STERİLİZASYONU BOWİE-DİCK TEST İNDİKATÖRÜ SINIF 2 TEKNİK ŞARTNAME

1. İndikatör kağıdının arka yüzünde tarih ve sonuç yazma bölümü bulunmalıdır.
2. 132-134 derece ön vakumlu tip otoklavlarda 3,5 dk.içinde homojen renk değişimi gerçekleşmelidir.
3. Test sonucundaki renk değişikliği sabit kalmalı , indikatör kayıt için saklanabilmelidir.
4. Test paketi 1 defa kullanım için olmalı üzerinde maruziyeti gösteren indikatör nokta bulunmalıdır.
5. İndikatör test sonucunu değerlendirmek için problemin nereden kaynaklandığını gösteren yorumlama tablosu ücretsiz olarak temin edilebilmelidir.
6. Paketin üzerinde lot numarası, son kullanma tarihi, test sıcaklığı ve süresi bulunmalıdır.
7. Paket vakum sonucu meydana gelen basınca dayanıklı olmalı , yırtılmamalı ve deforme olmamalıdır.
8. Raf ömrü açılmamış paket içerisinde üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı. Miat teslim edildiği tarihten başlamalıdır.
9. Numune değerlendirilerek alım yapılacaktır.

Metin Karaderek
Hems.