AMELİYAT MASASI ANESTEZİ SİPERLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Siperlik korozyona ve dezenfektanlara karşı dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmelidir.
2. Siperlik pürüzsüz, kolay temizlenebilir, leke tutmayan ve parlak yapıda olmalıdır.
3. Siperlik L şeklinde 80 cm*60 cm(+/- 2 cm) boyutlarında 60 cm' lik kısmın son 3 cm' lik uç kısmı dış yukarı doğru 30 derece açılı ve siper 0,60 cm yarıçapta olmalıdır.
4. Ameliyat yatakları standart yan raylarına uyumlu, takılıp çıkarılabilir, sabitlenebilir, ergonomik yapıda,siperin yan ray bağlantısı içerisinde 360 derece dönebilir özellikte olmalıdır.
5. Her bir siper için 2 şer adet yan ray bağlantısı verilmelidir
6. Siper yalıtkan bir malzemeden, takılıp çıkarılabilir, ortalama120 cm 'lik esnek bir kılıfa sahip olmalıdır.
7. Olası bir korozyon veya tahribat durumunda firma en az iki yıl süreyle ürünün garantisini sağlamalıdır.
8. Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Ümit DEMİRCİ
Ameliyathane Sağlık Hemşiresi
Sicil No: 1113500

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ÇIKILI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 130575