RAM Kanül Teknikşartnamesi

1-Ürün 15mm'lik tüm standart Ventilasyon devrelerine uyumlu adaptöre sahip olmalıdır.

2-Kırılmalara karşı Kink rezistanslı,enfazla 27 cm uzunluğunda çift hortuma sahip olmalıdır.

3-Hava akışını ve basıncını en iyi şekilde verebilmesi için kanülün iç yapısı üç köşeden merkeze doğru kanül içinde kanal oluşturacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.

4-Ölçüleri septal space 4.25 mm, Prongs O.D.:3mm olmalıdır.

5-Nazal Pronlar silikondan imal ve burnun anatomik yapısına uygun kanca şeklinde kavisli olmalıdır.

6-Annenin Kanguru bakım tarzı tutuşunda dahi kanül bebeğin Ventilasyon almasına olanak sağlamalıdır.

7-NCPAP veya NIPPV Uygulamaları esnasında kanülü değiştirmeden isteğe bağlı bir adaptör vasıtası ile düşük akışlı oksijen geçişine imkan tanımalıdır.

8- O-Ringleri olmalıdır.Bu rinkler yukarı aşağı hareketli olmalı ve bu sayede bebeğin başının arkasından kanülü sıkıştırabilmelidir.

9-Ürün kesinlikle Latex,Phthalate/DEHP,BPA içermemelidir.

10-Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

Hacer Tekin

RAM Kanül Teknikşartnamesi

1-Ürün 15mm'lik tüm standart Ventilasyon devrelerine uyumlu adaptöre sahip olmalıdır.

2-Kırılmalara karşı Kink rezistanslı,enfazla 27 cm uzunluğunda çift hortuma sahip olmalıdır.

3-Hava akışını ve basıncını en iyi şekilde verebilmesi için kanülün iç yapısı üç köşeden merkeze doğru kanül içinde kanal oluşturacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.

4-Ölçüleri septal space 4,75 mm, Prongs O.D.:3.5 mm olmalıdır.

5-Nazal Pronlar silikondan imal ve burnun anatomik yapısına uygun kanca şeklinde kavisli olmalıdır.

6-Annenin Kanguru bakım tarzı tutuşunda dahi kanül bebeğin Ventilasyon almasına olanak sağlamalıdır.

7-NCPAP veya NIPPV Uygulamaları esnasında kanülü değiştirmeden isteğe bağlı bir adaptör vasıtası ile düşük akışlı oksijen geçişine imkan tanımalıdır.

8- O-Ringleri olmalıdır.Bu rinkler yukarı aşağı hareketli olmalı ve bu sayede bebeğin başının arkasından kanülü sıkıştırabilmelidir.

9-Ürün kesinlikle Latex,Phthalate/DEHP,BPA içermemelidir.

10-Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

Hacer Tekin

OKSİJEN HOOD BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hood başlığı reusable olmalıdır.
2. Hood başlığı, aerodinamik dizayna sahip olup bebeğe düzgün ve istikrarlı bir oksijen akışı sağlamalıdır.
3. Hood başlığı çapı Büyük (26x18), Orta(24x17), Küçük(22x14) olmalıdır.
4. Pencere kenarları yuvarlatılmış silikon kaplı olmalıdır.
5. Hood başlığı kenar ve köşeleri bebeğe zarar vermeyecek yapıda üretilmiş olmalıdır.
6. Hood başlığı, bebeklerin net ve rahat izlenmesi için şeffaf plastikten üretilmiş olmalıdır.
7. Ürün bebekte sıkıntı ve stres oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8. Oksijen kablo giriş yerleşimi için acutaşı metal olmalı ve üzerinde 02 etiketi olmalıdır.
9. Bebeğin başını rahat hareket ettirebileceği miktarda boş alan bulundurmalıdır.
10. Oksijen Hood başlığı, oksijen kablosu ve kullanma klavuzu ile birlikte paketlenmelidir.
11. Ürün üzerinde üretici firmaya ait bilgileri içeren etiket bulundurmalıdır.
12. Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 standartlarına sahip olmalıdır.
13. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) ve UTS kaydı olmalıdır.
14. Teklif veren firmalar numune de göndermelidir.
15. Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapılıp kapatıldığına dair kontrol etiketi bulunmalıdır.
16. Ürün bir yıl garantili olmalıdır.





OKSİJEN HOOD BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hood başlığı reusable olmalıdır.
2. Hood başlığı, aerodinamik dizayna sahip olup bebeğe düzgün ve istikrarlı bir oksijen akışı sağlamalıdır.
3. Hood başlığı çapı Büyük (26x18), Orta(24x17), Küçük(22x14) olmalıdır.
4. Pencere kenarları yuvarlatılmış silikon kaplı olmalıdır.
5. Hood başlığı kenar ve köşeleri bebeğe zarar vermeyecek yapıda üretilmiş olmalıdır.
6. Hood başlığı, bebeklerin net ve rahat izlenmesi için şeffaf plastikten üretilmiş olmalıdır.
7. Ürün bebekte sıkıntı ve stres oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8. Oksijen kablo giriş yerleşimi için acutaşı metal olmalı ve üzerinde 02 etiketi olmalıdır.
9. Bebeğin başını rahat hareket ettirebileceği miktarda boş alan bulundurmalıdır.
10. Oksijen Hood başlığı, oksijen kablosu ve kullanma klavuzu ile birlikte paketlenmelidir.
11. Ürün üzerinde üretici firmaya ait bilgileri içeren etiket bulundurmalıdır.
12. Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 standartlarına sahip olmalıdır.
13. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) ve UTS kaydı olmalıdır.
14. Teklif veren firmalar numune de göndermelidir.
15. Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapılıp kapatıldığına dair kontrol etiketi bulunmalıdır.
16. Ürün bir yıl garantili olmalıdır.

