EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 140 MM

1. Her 21 cm de bir Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
2. Yatay ve dikey hat çizgileri olmalıdır.
3. Kağıt Kardiyoğrafa yerleştirilebilir olmalıdır.
4. Kağıtlar termal olmalı ve üzerine grafikler net olarak belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
5. Kağıtlar Ambalaj içinde olmalıdır.
6. Numuneler denenerek alınacaktır.
7. UBB koduna sahip olmalı ve faturada belirtilmelidir.
8. Ürün teslim alındıktan sonra en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
9. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Uz.Dr. Burak SOLGUN
Aile Tıp Uzmanı

DEFİBRİLLATÖR KAĞIDI RULO TEKNİK ŞARTNAME

1-Kağıt 45 mm genişliğinde ve 20 m uzunluğunda olmalıdır.

2-Teklif edilen kağıt ısıya duyarlı termal kağıt olmalıdır.

3-Kağıdın üzerinde milimetrik kareler bulunmalıdır.

4-Mindray BeneheartD30 defibrillatör Cihazına uyumlu olmalıdır.

5-Kağıt herhangi bir karton rulo üzerinde sarılı olmalıdır.

6-Teklif veren firma tek yetki belgesine ve Tıbbi cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesine sahip olmalıdır.

7-UBB kaydı bulunmalı ve faturada belirtilmelidir.

8-Numune denenerek alınacaktır.

9-En az bir yıl raf ömrü olmalıdır.

Kadir KOBUK
Acil Servis Sorumlu U.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Göksel İLHAN
Biyomedikal Teknikeri